

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe:

**Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.**

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Tárgya: Sterilizáló berendezések beszerzése.

Mennyisége:

I. 2 db gőzsterilizáló berendezés + 1 db mosogatógép tartozékkal

II. 1 db formalin sterilizáló berendezés

3. A választott eljárás fajtája:

Közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás.

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: -

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja:

Az ajánlati felhívás közzétételének napja:

Közbeszerzési Értesítő –

KÉ-11222/2014. számon, 2014. június 25. napján megjelent, majd módosított

KÉ-14033/2014. számon, 2014. július 23. napján.

TED – Európai Unió Hivatalos Lapja

2014/S 118-209338 számon, 2014. június 21. napján megjelent, majd módosított

2014/S 138-247149 számon, 2014. július 22. napján.

-

7. a) Eredményes volt-e az eljárás: Igen

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra:

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: -

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 7

Részenként: I. rész: 5

II. rész: 2

9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

ALLEGRO Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Kft. 1045 Budapest, Berliu u. 47-49.

I. ajánlati rész

Alkalmasság indokolása: ajánlat elbírálása során mindenben megfelelt az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételeknek

	Ajánlattevő ajánlata	Pontszám
<i>Ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás mértéke (előny a kisebb) /nettó Ft/:</i>	54 150 000	5,78
Szakmai bírálati szempontok		
(Gőzsteril) A berendezés be és kirakó oldalán is érintőkijelzőkkel rendelkezik (Igen/Nem)	nem	1
(Gőzsteril) Csővezetékek, és a gőzfejlesztő anyaga AISI 316 (Igen/Nem)	igen	10
(Gőzsteril) A kamrát teljesen körülveszi, beborítja a köpeny (Igen/Nem)	igen	10
(Gőzsteril) Csővezetékek csatlakoztatása hegesztésmentes Tri-Clamp vagy azzal egyenértékű rendszerű, kapcsolódási pontokkal (Igen/Nem)	igen	10
(Gőzsteril) Azonos struktúrájú érintőkijelző mint a megajánlott mosó-fertőtlenítő gép esetében (Igen/Nem)	nem	1
(Mosogató) Mosási és fertőtlenítési ciklusokhoz használt víz mennyisége (liter) (Előny a kevesebb)	40 liter	5,50
(Mosogató) Legalább 4 bar víznyomást használ a berendezés (Igen/Nem)	igen	10
(Mosogató) Szárítási ciklushoz 3 vagy több légbefúvó nyílással rendelkezik a kamrai kocsitól függetlenül (Igen/Nem)	igen	10
(Mosogató) A berendezés mindkét oldalán teljesen azonos érintőkijelzőkkel rendelkezik, a vezérlés kizárólag ezeken keresztül történik (Igen/Nem)	nem	1
(Gőzsteril) A kamrai kocsik minden oldalról akadálymentesen pakolhatók, nincs oldalsó vagy középső szerkezeti elem (Igen/Nem)	igen	10
<i>Fizetési határidő (min. 30 nap, max. 60 nap) (előny a több)</i>	60 nap	10

II. ajánlati rész

	Ajánlattevő ajánlata	Pontszám
<i>Ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás mértéke (előny a kisebb) /nettó Ft/:</i>	14 620 000	10

Szakmai bírálati szempontok		
Magyar nyelvű kezelőfelület (Igen/Nem)	igen	10
Kamrafelfűtési idő üzemi hőfokra (Előny a kisebb)	15 perc	10
Formalinkoncentráció alacsonyabb, mint 2,5% (Igen/Nem)	igen	10
Kamratér rendelkezzen belső keringtető ventilátorral (Igen/Nem)	igen	10
A formalin oldat teljes kiürítése a ciklusidő végére (Igen/Nem)	igen	10
Fűtött ajtóval rendelkezik az egyenletes hőmérséklet elosztás miatt (Igen/Nem)	igen	10
Fizetési határidő (min. 30 nap, max. 60 nap) (előny a több)	60 nap	10

HOGE Orvosi Műszer Kft. 1033 Budapest, Szőlőkert utca 7.

I. ajánlati rész

Alkalmasság indokolása: ajánlat elbírálása során mindenben megfelelt az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételeknek

	Ajánlattevő ajánlata	Pontszám
<i>Ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás mértéke (előny a kisebb) /nettó Ft/:</i>	48 390 000	6,35
Szakmai bírálati szempontok		
(Gőzsteril) A berendezés be és kirakó oldalon is érintőkijelzőkkel rendelkezik (Igen/Nem)	igen	10
(Gőzsteril) Csővezetékek, és a gőzfejlesztő anyaga AISI 316 (Igen/Nem)	igen	10
(Gőzsteril) A kamrát teljesen körülveszi, beborítja a köpeny (Igen/Nem)	igen	10
(Gőzsteril) Csővezetékek csatlakoztatása hegesztésmentes Tri-Clamp vagy azzal egyenértékű rendszerű, kapcsolódási pontokkal (Igen/Nem)	igen	10
(Gőzsteril) Azonos struktúrájú érintőkijelző mint a megajánlott mosó-fertőtlenítő gép esetében (Igen/Nem)	nem	1
(Mosogató) Mosási és fertőtlenítési ciklusokhoz használt víz mennyisége (liter) (Előny a kevesebb)	33 liter	6,45
(Mosogató) Legalább 4 bar víznyomást használ a berendezés (Igen/Nem)	igen	10
(Mosogató) Szárítási ciklushoz 3 vagy több légbefúvó nyílással rendelkezik a kamrai kocsitól függetlenül (Igen/Nem)	igen	10
(Mosogató) A berendezés mindkét oldalon teljesen azonos érintőkijelzőkkel rendelkezik, a vezérlés kizárólag ezeken keresztül történik (Igen/Nem)	igen	10
(Gőzsteril) A kamrai kocsik minden oldalról akadálymentesen pakolhatók, nincs oldalsó vagy középső szerkezeti elem (Igen/Nem)	igen	10

<i>Fizetési határidő (min. 30 nap, max. 60 nap) (előny a több)</i>	60 nap	10
--	--------	----

II. ajánlati rész

	Ajánlattevő ajánlata	Pontszám
<i>Ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás mértéke (előny a kisebb) /nettó Ft/:</i>	17 500 000	8,52
Szakmai bírálati szempontok		
Magyar nyelvű kezelőfelület (Igen/Nem)	igen	10
Kamrafelfűtési idő üzemi hőfokra (Előny a kisebb)	15 perc	10
Formalinkoncentráció alacsonyabb, mint 2,5% (Igen/Nem)	igen	10
Kamratér rendelkezzen belső keringtető ventilátorral (Igen/Nem)	igen	10
A formalin oldat teljes kiürítése a ciklusidő végére (Igen/Nem)	igen	10
Fűtött ajtóval rendelkezik az egyenletes hőmérséklet elosztás miatt (Igen/Nem)	igen	10
<i>Fizetési határidő (min. 30 nap, max. 60 nap) (előny a több)</i>	60 nap	10

Premier G. Med Kft. 1026 Budapest, Hidász u. 1.

I. ajánlati rész

Alkalmasság indokolása: ajánlat elbírálása során mindenben megfelelt az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételeknek.

	Ajánlattevő ajánlata	Pontszám
<i>Ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás mértéke (előny a kisebb) /nettó Ft/:</i>	44 900 000	6,76
Szakmai bírálati szempontok		
(Gőzsteril) A berendezés be és kirakó oldalon is érintőkijelzőkkel rendelkezik (Igen/Nem)	igen	10
(Gőzsteril) Csővezetékek, és a gőzfejlesztő anyaga AISI 316 (Igen/Nem)	igen	10
(Gőzsteril) A kamrát teljesen körülveszi, beborítja a köpeny (Igen/Nem)	igen	10
(Gőzsteril) Csővezetékek csatlakoztatása hegesztésmentes Tri-Clamp vagy azzal egyenértékű rendszerű, kapcsolódási pontokkal (Igen/Nem)	igen	10
(Gőzsteril) Azonos struktúrájú érintőkijelző mint a megajánlott mosó-fertőtlenítő gép esetében (Igen/Nem)	nem	1
(Mosogató) Mosási és fertőtlenítési ciklusokhoz használt víz mennyisége (liter) (Előny a kevesebb)	26 liter	7,92

(Mosogató) Legalább 4 bar víznyomást használ a berendezés (Igen/Nem)	igen	10
(Mosogató) Szárítási ciklushoz 3 vagy több légbefúvó nyílással rendelkezik a kamrai kocsitól függetlenül (Igen/Nem)	igen	10
(Mosogató) A berendezés mindkét oldalon teljesen azonos érintőkijelzőkkel rendelkezik, a vezérlés kizárólag ezeken keresztül történik (Igen/Nem)	igen	10
(Gőzsteril) A kamrai kocsik minden oldalról akadálymentesen pakolhatók, nincs oldalsó vagy középső szerkezeti elem (Igen/Nem)	igen	10
Fizetési határidő (min. 30 nap, max. 60 nap) (előny a több)	60 nap	10

Steelco Hungary Kft. 1116 Budapest, Temesvár u. 19-21.

I. ajánlati rész

Alkalmasság indokolása: ajánlat elbírálása során mindenben megfelelt az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételeknek.

	Ajánlattevő ajánlata	Pontszám
Ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás mértéke (előny a kisebb) /nettó Ft/:	28 748 000	10
Szakmai bírálati szempontok		
(Gőzsterilizáló) A berendezés be és kirakó oldalon is érintőkijelzőkkel rendelkezik	Igen	10
(Gőzsterilizáló) Csővezetékek, és a gőzfejlesztő anyaga AISI 316	Igen	10
(Gőzsterilizáló) A kamrát teljesen körülveszi, beborítja a köpeny	Igen	10
(Gőzsterilizáló) Csővezetékek csatlakoztatása hegesztés-mentes Tri-Clamp vagy azzal egyenértékű rendszerű, kapcsolódási pontokkal	Igen	10
(Gőzsterilizáló) Azonos struktúrájú érintőkijelző, mint a megajánlott mosó-fertőtlenítő gép esetében	Nem	1
(Mosogató) Mosási és fertőtlenítési ciklusokhoz használt víz mennyisége (liter)	20 liter	10
(Mosogató) Legalább 4 bar víznyomást használ a berendezés	Igen	10
(Mosogató) Szárítási ciklushoz 3 vagy több légbefúvó nyílással rendelkezik a kamrai kocsitól függetlenül	Igen	10
(Mosogató) A berendezés mindkét oldalon teljesen azonos érintőkijelzőkkel rendelkezik, a vezérlés kizárólag ezeken keresztül történik	Igen	10
(Gőzsterilizáló) A kamrai kocsik minden oldalról akadálymentesen pakolhatók, nincs oldalsó vagy középső szerkezeti elem	Igen	10
Fizetési határidő (min. 30 nap, max. 60 nap) (előny a több)	60 nap	10

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

Jelen összegezés melléklete elválaszthatatlan részét képezi a pontozótábla.

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása:

Az ajánlatok értékelésekor adható pontszám: 1-től 10-ig

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Az ellenszolgáltatás, mint bírálati szempontra vonatkozóan: A pontszámok megadása akként történik, hogy az egyes részszerpontok értékelésekor a legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális pontszámot, a többi ajánlatra adandó pontszámok meghatározása a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyított értékarányosítás módszerével történik.

Szakmai bírálati szempontok pontozása a következőképpen történik:

Abszolút értékelési módszer/Pontozás módszerének értékelésével:

Pontozás esetén az ajánlatkérő a szakmai szempontok alapján kialakított értékelési skála alapján, az egyes ajánlati elemekhez közvetlenül rendeli hozzá az előre meghatározott alsó vagy felső pontértékek közötti megfelelő pontszámot.

Az egyes részszerpontokra adott pontszámok ezt követően az adott részszerponthoz tartozó súlyszámmal felszorozásra, majd valamennyi részszerpontra kiterjedően összeadásra kerülnek. Az ajánlatonként így összegzett pontszámok kerülnek összevetésre. Törtek esetén az ajánlatkérő a pontszámokat két tizedes jegyre kerekíti.

Ha több ajánlat ér el azonos legmagasabb összpontszámot, akkor az eljárás nyertese az az ajánlat, amely alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmaz; azonos ellenszolgáltatás esetében pedig az az ajánlat, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott részszerpontok közül a legmagasabb súlyszámú részszerpontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. Amennyiben az előbbieket alapján a nyertes ajánlat nem választható ki, akkor arról ajánlatkérő közjegyző jelenlétében megtartott, az azonos legmagasabb összpontszámot elérő ajánlatok közötti sorsolással dönt.

A „Fizetési határidő” részszerpont esetén az abszolút értékelés (pontkiosztás) módszerét alkalmazza az ajánlatkérő; kizárólag az alábbi értékekre tehető ajánlat.

-	60 nap megajánlása:	10 pont
-	45 nap megajánlása:	5 pont
-	30 nap megajánlása:	1 pont

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

MedNetwork Kft. ajánlata érvénytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontjára hivatkozással, miszerint egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeknek.

Indok:

a hiánypótlási felszólításban foglaltakat nem teljesítette

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Steelco Hungary Kft. 1116 Budapest, Temesvár u. 19-21.

I. tétel összesen nettó 28.748.000.- Ft

ALLEGRO Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Kft. 1045 Budapest, Berliu u. 47-49.

II. tétel: összesen nettó 14.620.000.- Ft

Mindösszesen: nettó 43.368.000.- Ft

Ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat értékelési szempont alapján, azaz az ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás összege, a szakmai igényekhez való alkalmazkodás, és a fizetési határidő értékelése alapján döntött.

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -

12.* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: -

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -

13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: -

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -

14.* Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: -

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2015.01.16.

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2015.01.26.

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014. október 9.

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014. október 10.

18.* Az összegezés módosításának indoka:

A Steelco Hungary Kft. a döntés ellen jogorvoslati eljárást kezdeményezett, mely eredményeként a Közbeszerzési Döntőbizottság D.545/2014. számú határozatában az I. ajánlati rész tekintetében megsemmisítette az ajánlatkérő 2014. október 9. napján elkészített összegezését, valamint az ajánlatkérő ezt követően hozott valamennyi döntését, és kimondta a Steelco Hungary Kft. ajánlatának érvényességét.

19.* Az összegezés módosításának időpontja: 2015. január 14.

20. * A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2015. január 15.
21. * Az összegezés javításának indoka: -
22. * Az összegezés javításának időpontja: -
23. * A javított összegezés megküldésének időpontja: -

24. * Egyéb információk: **A szerződéskötés tervezett időpontja: 2015. január 27.**

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.

Handwritten signature: *L. J. ...*

B.-A.-Z. MEGYEI KÖZTÁRSASÁG
EGYETEMI OKTATÓ KÖRHÁZ
Beszerzési és Anyaggazdálkodási Osztály
Beszerzési Csoport
3526 Miskolc, Szentpéteri köz 72-76.
Tel.: (46) 515-264, Fax: (46) 520-409

I. Gözzétírzáló berendezés														
Megnevezés/Értékelési szempontok	Beosztás nettó érték (Ft)	súlyszám	Államok											
			Allegro Kft.			HOGE Kft.			Premier G. Méd Kft.			Sweetco Hungary Kft.		
			ajánlat	pontszám	súlyszámmal növelt pontszám	ajánlat	pontszám	súlyszámmal növelt pontszám	ajánlat	pontszám	súlyszámmal növelt pontszám	ajánlat	pontszám	súlyszámmal növelt pontszám
Alumínium-ábrák lézerrel előkészítésére mérőkérdés a készlet miatt Ft.	49 238 126	530	54 150 000	5,78	3062,37	48 390 000	6,35	3363,41	44 900 000	6,76	3564,97	28 748 000	10,00	5300,00
Nyomtatási számítógépek														
(Gózzárú) A berendezés be- és kirakás oldalon is érintkezésképes rendelkezik (Igen/Nem)		20	nem	1,00	20,00	igen	10,00	200,00	igen	10,00	200,00	igen	10,00	200,00
(Gózzárú) Csovezetékek, és a földvezetés anyag. AISI 316 (Igen/Nem)		40	igen	10,00	400,00	igen	10,00	400,00	igen	10,00	400,00	igen	10,00	400,00
(Gózzárú) A kamrai teljesítéskor közeli csatlakozás a központi (Igen/Nem)		20	igen	10,00	200,00	igen	10,00	200,00	igen	10,00	200,00	igen	10,00	200,00
(Gózzárú) Csatlakozások szálakoztatásai bevezetésre Tr-Camp vagy azaz egyenértékű rendszer. Kapcsolási pontokkal (Igen/Nem)		20	igen	10,00	200,00	igen	10,00	200,00	igen	10,00	200,00	igen	10,00	200,00
(Gózzárú) Áramos struktúrát érintkezésképes mint a megjelölt mono-területre ismétlődően (Igen/Nem)		20	nem	1,00	20,00	igen	10,00	200,00	igen	10,00	200,00	nem	1,00	20,00
(Mosszárú) Mossás és területre ismétlődően használva víz mennyisége (Igen/ Elnem a kevesebb)		15	40	5,50	82,50	33	6,45	96,82	26	7,92	118,85	20	10,00	150,00
(Mosszárú) Legfeljebb 4 hasz Víznyomás használata a berendezés (Igen/Nem)		15	igen	10,00	150,00	igen	10,00	150,00	igen	10,00	150,00	igen	10,00	150,00
(Mosszárú) Szűrővel ellátott 3 vagy több légszűrővel nyíltan rendelkezik a kamrai kocsival függetlenül (Igen/Nem)		16	igen	10,00	160,00	igen	10,00	160,00	igen	10,00	160,00	igen	10,00	160,00
(Mosszárú) A berendezés mindegyik oldalán teljesen azonos érintkezésképes rendelkezik, a vezérlés kizárólag egyetlen kocsival történik (Igen/Nem)		20	nem	1,00	20,00	igen	10,00	200,00	igen	10,00	200,00	igen	10,00	200,00
(Gózzárú) A kamrai kocsik minden oldalán átlátszó műanyag palackok, nincs oldalsó vagy középső szerkezet elvan (Igen/Nem)		20	igen	10,00	200,00	igen	10,00	200,00	igen	10,00	200,00	igen	10,00	200,00
Számos pontszám összesen:					1382,50			1946,82			1964,85			1820,00
Értékelési határérték: min. 30 nap, max. 60 nap (előny a több)		10	60	10,00	100,00	60	10,00	120,00	60	10,00	100,00	60	10,00	100,00
Összesen:					4554,87			5410,63			3652,92			7220,00