

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe:

**Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.**

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Tárgya: Szállítási szerződés - Orvostechnikai berendezések szállítására, telepítésére a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban a KEOP-5.6.0/E/15 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan

Mennyisége:

1. ajánlati rész: 1 darab MRI berendezés szállítása, telepítése
2. ajánlati rész: 1 darab Szájsebészeti CT berendezés szállítása, telepítése

3. A választott eljárás fajtája:

Nyílt közbeszerzési eljárás

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: -

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja:

Az ajánlati felhívás megjelenésének napja:

TED-en: 2015. június 5. napja, száma: 2015/S 107-193849

Közbeszerzési Értesítőben: 2015. június 08. napja, száma: KÉ-9332/2015.

Módosítás:

TED-en: 2015. július 1. napja, száma: 2015/S 124-226718

Közbeszerzési Értesítőben: 2015. július 03. napja, száma: KÉ-11358/2015.

7. a) Eredményes volt-e az eljárás: **Igen**

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra: -

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: -

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): **5**

9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

1. ajánlati rész: 1 darab MRI berendezés szállítása, telepítése

Premier G Med Kft. (1026 Budapest, Hidász utca 1.)

Alkalmasság indokolása: ajánlat elbírálása során mindenben megfelelt az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételeknek

Értékelési szempont: összességében legelőnyösebb ajánlat bírálata alapján:

Nettó ajánlati ár: 435.000.000,- Ft +áfa

Szakmai többlettartalom:

Mágnes teljes hossza felszerelt burkolatokkal (cm) (Max. 200 cm) (Előny a kisebb, kérjük megadni!): 145 cm

Mező homogenitása 40 cm átmérőjű gömb térfogatban (ppm, VRMS 24 planeplot) (Előny a kisebb, kérjük megadni!): 2,3 ppm

Mező homogenitása 10 cm átmérőjű gömb térfogatban (ppm, VRMS 24 planeplot) (Előny a kisebb, kérjük megadni!): 0,007 ppm

Valós zero boil off technika (0 liter/24 óra hélium fogyasztás) (Megléte előny, kérjük megadni!): Igen

Maximális gradiens amplitúdó és slew rate legalább 45 cm FOV-ra x, y tengelyeken: 30 mT@ 100 T/m/s (Előny a nagyobb, kérjük megadni!): 34 mT/m 150 T / m /s

Maximális gradiens amplitúdó és slew rate legalább 35 cm FOV-ra z tengelyen: 30 mT@ 100 T/m/s (Előny a nagyobb, kérjük megadni!): 34 mT/m 150 T / m /s

A teljes tekercskészletet figyelembe véve hány csatlakoztatható közülük egyszerre? (minimum 2 tekercs), (Előny a nagyobb, kérjük megadni!): 4

A rendszer felismeri-e és automatikusan aktiválja-e a releváns FOV-on belüli tekercs elemeket (Előny a megléte, kérjük megadni!): Igen

Kombinált fej-nyak tekercs (Előny a megléte, kérjük megadni!): Igen, Array

Tekercs (vagy kombináció) a teljes központi idegrendszer (CNS) (Fej + C-Th-L gerinc) lefedéséhez (Előny a megléte, kérjük megadni!): Igen

Max. b-érték (s/mm²): Min. 7000 s/mm² (Előny a nagyobb, kérjük megadni!): 10.000 s/mm²

fMRI szoftver csomag (Előny a megléte, kérjük megadni!): Igen

DTI szoftver csomag (Előny a megléte, kérjük megadni!): Igen

ALS szoftver csomag (Előny a megléte, kérjük megadni!): Igen

spektroszkópia szoftver csomag (Előny a megléte, kérjük megadni!): Igen

Silicon only imaging (víz és zsír elnyomás egyszerre) (Előny a megléte, kérjük megadni!): Igen

Mozgáskorrekció szabad légzés mellett (Előny a megléte, kérjük megadni!): Igen

A fenti adatgyűjtési mód alkalmazható-e minden irányban (sag, tra, cor) (Előny a megléte, kérjük megadni!): Igen

A fenti mozgás érzéketlen adatgyűjtési mód alkalmazható-e minden irányban PAT technikával együtt? (Előny a megléte, kérjük megadni!): Igen

3D technika (Előny a megléte, kérjük megadni!): Igen

Minimális FOV_{x,y} Max 1 cm (Előny a kisebb, kérjük megadni!): 1 cm

Minimum szelet vastagság 2D (mm): Max:0,5 mm (Előny a kisebb, kérjük megadni!): 0,3 mm

Legkisebb szelet vastagság 3D (mm) (Előny a kisebb, kérjük megadni!): 0,1 mm

EUROMEDIC TECHNOLOGY Kft. (1051 Budapest, Dorottya utca 1. II. emelet.)

Alkalmasság indokolása: ajánlat elbírálása során mindenben megfelelt az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételeknek

Értékelési szempont: összességében legelőnyösebb ajánlat bírálata alapján:

Nettó ajánlati ár: 412.804.700,- Ft +áfa

Szakmai többlettartalom:

Mágnes teljes hossza felszerelt burkolatokkal (cm) (Max. 200 cm) (Előny a kisebb, kérjük megadni!): **171 cm**

Mező homogenitása 40 cm átmérőjű gömb térfogatban (ppm, VRMS 24 planeplot) (Előny a kisebb, kérjük megadni!): **0,98 ppm**

Mező homogenitása 10 cm átmérőjű gömb térfogatban (ppm, VRMS 24 planeplot) (Előny a kisebb, kérjük megadni!): **0,01 ppm**

Valós zero boil off technika (0 liter/24 óra hélium fogyasztás) (Megléte előny, kérjük megadni!): **Igen Valós zero boil off technika (0 liter / 24 óra hélium fogyasztás)**

Maximális gradiens amplitúdó és slew rate legalább 45 cm FOV-ra x, y tengelyeken: 30 mT@ 100 T/m/s (Előny a nagyobb, kérjük megadni!): **33 mT/m 125 T / m /s**

Maximális gradiens amplitúdó és slew rate legalább 35 cm FOV-ra z tengelyen: 30 mT@ 100 T/m/s (Előny a nagyobb, kérjük megadni!): **33 mT/m 125 T / m /s**

A teljes tekereskészletet figyelembe véve hány csatlakoztatható közülük egyszerre? (minimum 2 tekercs), (Előny a nagyobb, kérjük megadni!): **4 tekercs**

A rendszer felismeri-e és automatikusan aktiválja-e a releváns FOV-on belüli tekercs elemeket (Előny a megléte, kérjük megadni!): **Igen A rendszer felismeri-e és automatikusan aktiválja-e a releváns FOV-on belüli tekercs elemeket**

Kombinált fej-nyak tekercs (Előny a megléte, kérjük megadni!): **Igen, Kombinált fej-nyak tekercs**

Tekercs (vagy kombináció) a teljes központi idegrendszer (CNS) (Fej + C-Th-L gerinc) lefedéséhez (Előny a megléte, kérjük megadni!): **Igen Tekercs kombináció a teljes központi idegrendszer (CNS) (Fej+C-Th-L gerinc) lefedéséhez**

Max. b-érték (s/mm²): Min. 7000 s/mm² (Előny a nagyobb, kérjük megadni!): **10.000 s/mm²**

fMRI szoftver csomag (Előny a megléte, kérjük megadni!): **Igen fMRI szoftver csomag**

DTI szoftver csomag (Előny a megléte, kérjük megadni!): **Igen DTI szoftver csomag**

ALS szoftver csomag (Előny a megléte, kérjük megadni!): **Igen ALS szoftver csomag**

spektroszkópia szoftver csomag (Előny a megléte, kérjük megadni!): **Igen Spektroszkópia szoftver csomag**

Silicon only imaging (víz és zsír elnyomás egyszerre) (Előny a megléte, kérjük megadni!): **Igen Silicon only imaging (víz és zsír elnyomás egyszerre)**

Mozgáskorrektúra szabad légzés mellett (Előny a megléte, kérjük megadni!): **Igen Mozgáskorrektúra szabad légzés mellett (2D PACE)**

A fenti adatgyűjtési mód alkalmazható-e minden irányban (sag, tra, cor) (Előny a megléte, kérjük megadni!): **Igen A fenti adatgyűjtési mód alkalmazható minden irányba (sag, tra, cor)**

A fenti mozgás érzéketlen adatgyűjtési mód alkalmazható-e minden irányban PAT technikával együtt? (Előny a megléte, kérjük megadni!): **Igen A fenti mozgás érzéketlen adatgyűjtési mód alkalmazható minden irányban PAT technikával együtt**

3D technika (Előny a megléte, kérjük megadni!): **Igen 3D technika**

Minimális FOV_{x,y} Max 1 cm (Előny a kisebb, kérjük megadni!): **0,5 cm**

Minimum szelet vastagság 2D (mm): Max:0,5 mm (Előny a kisebb, kérjük megadni!): **0,1 mm**

Legkisebb szelet vastagság 3D (mm) (Előny a kisebb, kérjük megadni!): **0,05 mm**

2. ajánlati rész: 1 darab Szájsebészeti CT berendezés szállítása, telepítése

Medi-Cont Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9024 Győr, Honvéd utca 9/a.)

Alkalmasság indokolása: ajánlat elbírálása során mindenben megfelelt az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételeknek

Értékelési szempont: összességében legelőnyösebb ajánlat bírálata alapján:

Nettó ajánlati ár: **23.450.000,- Ft +áfa**

Szakmai többlettartalom:

Kerekesszékes hozzáférhetőség (Előny a megléte, kérjük megadni!): **Igen**

Páciens pozicionálás (Előny a megléte, kérjük megadni!): **Igen**

Állítható ülés magasság (Előny a megléte, kérjük megadni!): **Nem**

Látómező (FOV) Min. 8 cm x 8 cm (Előny a nagyobb, kérjük megadni!): **11 x 8 cm**

Szkennelési idő max. 40 sec (Előny a kisebb, kérjük megadni!): **Igen, 2D: 3,6-9,0 sec, 3D: 18,0-30,0 sec**

Felbontás max. 0,2 mm (Előny a kisebb, kérjük megadni!): **Igen, 0,2 mm**

Direkt digitális flat panel a CBCT és CMOS szenzor a panoráma felvételekhez (Előny a megléte, kérjük megadni!): **Igen, CBCT: flat, 2D: CCD**

UHD (Ultra High Definition) felbontás (Előny a megléte, kérjük megadni!): **Igen, HI-RES üzemmód**

alkalmas cephaló felvételek készítésére (Előny a megléte, kérjük megadni!): **Igen, Cephaloval szerelt**

alkalmas, fül-orr-gégészeti programok futtatására (Előny a megléte, kérjük megadni!): **Igen, NNT képszerkesztőben beállítható**

alkalmas, légutak vizsgálatára (Előny a megléte, kérjük megadni!): **Igen, NNT képszerkesztőben beállítható**

alkalmas csigolya, csontállomány, csontvastagság vizsgálatára (megléte előny): **Igen, NNT képszerkesztőben beállítható**

EUROMEDIC TECHNOLOGY Kft. (1051 Budapest, Dorottya utca 1. II. emelet.)

Alkalmasság indokolása: ajánlat elbírálása során mindenben megfelelt az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételeknek

Értékelési szempont: összességében legelőnyösebb ajánlat bírálata alapján:

Nettó ajánlati ár: **52.670.000,- Ft +áfa**

Szakmai többlettartalom:

Kerekesszékes hozzáférhetőség (Előny a megléte, kérjük megadni!): **Igen kerekesszékes hozzáférhetőség**

Páciens pozicionálás (Előny a megléte, kérjük megadni!): **Igen Páciens pozicionálás**

Állítható ülés magasság (Előny a megléte, kérjük megadni!): **Igen Állítható ülés magasság**

Látómező (FOV) Min. 8 cm x 8 cm (Előny a nagyobb, kérjük megadni!): **23 x 17 cm**

Szkennelési idő max. 40 sec (Előny a kisebb, kérjük megadni!): **26,9 sec**

Felbontás max. 0,2 mm (Előny a kisebb, kérjük megadni!): **Igen, Felbontás 0,125 mm**

Direkt digitális flat panel a CBCT és CMOS szenzor a panoráma felvételekhez (Előny a megléte, kérjük megadni!): **Igen, Direkt digitális flat panel a CBCT és CMOS szenzor a panoráma felvételekhez**

UHD (Ultra High Definition) felbontás (Előny a megléte, kérjük megadni!): **Igen, UHD (Ultra High Definition) felbontás**

alkalmas cephaló felvételek készítésére (Előny a megléte, kérjük megadni!): **Igen, Alkalmas cephaló felvételek készítésére**

alkalmas, fül-orr-gégészeti programok futtatására (Előny a megléte, kérjük megadni!): **Igen, Alkalmas fül-orr-gégészeti programok futtatására**

alkalmas, légutak vizsgálatára (Előny a megléte, kérjük megadni!): **Igen, Alkalmas fül-orr-gégészeti programok futtatására alkalmas légutak vizsgálatára**

alkalmas csigolya, csontállomány, csontvastagság vizsgálatára (megléte előny): **Igen, Alkalmas fül-orr-gégészeti programok futtatására alkalmas légutak vizsgálatára**

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

Jelen összegezés melléklete elválaszthatatlan részét képezi a pontozótábla.

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása:

Értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerzőpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a pontszámok közötti pontszámot:

A „Nettó ajánlati ár (Ft)” részszerzőpont értékelését a fordított arányosítás módszerével végzi az ajánlatkérő. A legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat a maximális (10) pontot kapja, a többi ajánlat pontszámai az ezekhez történő értékarányosítással kerülnek meghatározásra, az alábbi képlet szerint:

$$P = (A_{\text{legjobb}}/A_{\text{vizsgált}}) * (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P_{max}: a pontskála felső határa

P_{min}: a pontskála alsó határa

A_{legjobb}: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A_{vizsgált}: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

A „Szakmai többlettartalom” részszerzőpont alszerzőpontjai esetén:

- ahol az alacsonyabb érték a kedvezőbb, a következő módszerrel számol az ajánlatkérő:

$$P = (A_{\text{min}}/A_{\text{vizsgált}}) * (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P_{max}: a pontskála felső határa

P_{min}: a pontskála alsó határa

A_{min}: a Kbt. 71. § (7) bek. alapján a dokumentációban meghatározott, az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a maximális (10) pontot adja.

A_{vizsgált}: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

- ahol a magasabb érték a kedvezőbb, ajánlatkérő a következő képlettel számol:

$$P = (A_{\text{vizsgált}}/A_{\text{max}}) * (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

Amax: a Kbt. 71. § (7) bek. alapján a dokumentációban meghatározott, az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra

Ajánlatkérő egyaránt a maximális (10) pontot adja.

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

Ahol az elvárt műszaki paraméter megléte előnyt jelent, abban esetben amennyiben a megajánlásra kerülő berendezés rendelkezik a specifikációban meghatározott paraméterrel, úgy ajánlattevő a maximális 10 pontot kapja, amennyiben nem rendelkezik a paraméterrel, úgy 1 pontot kap

Az egyes alszempontok és részszerpontok pontszámai a hozzájuk tartozó súlyszámmal felszorozásra, a szorzatok pedig ajánlatonként összeadásra kerülnek, ez adja az ajánlat összpontszámát. Ha több ajánlat ér el azonos legmagasabb összpontszámot, akkor az eljárás nyertese az az ajánlat, amely alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmaz. Amennyiben az előbbiek alapján a nyertes ajánlat nem választható ki, akkor arról ajánlatkérő - közjegyző jelenlétében - az azonos legmagasabb összpontszámot elérő ajánlatok közötti sorsolással dönt.

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

Érvénytelen ajánlatot tevő neve, címe: **Dent-East Kft.** (1112 Budapest, Rétkerülő út 51.)

Érvénytelenség indoka:

*Ajánlattevő az ajánlatának felolvasó lapján szerepeltette, miszerint az általa megajánlott berendezés „alkalmas cephaló felvételek készítésére (Előny a megléte, kérjük megadni!)” – Igen, alkalmassá tehető cephalo felvételek készítésére”, melynek kapcsán hiánypótlás keretében Ajánlatkérő ezen „feltételes mód” feloldását kérte. A hiánypótlásban ajánlattevő megadta, miszerint „nem rendelkezik cephalostat kiegészítéssel, így funkcióval sem”. **A hiánypótlás értelmében tehát ajánlattevő módosította az eredeti ajánlatában a felolvasólapon szereplő megadott értéket.***

*Ajánlatkérő hiánypótlás keretében kérte ajánlattevőt, hogy az ajánlati felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2. pontjában előírtakra tekintettel mutassa be azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetve vezetőknek a nevét, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk leírását, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatlolni kellett a szakemberek tapasztalatát, gyakorlatát bemutató saját kezűleg aláírt önéletrajzait, a végzettségüket és/vagy képzettségüket igazoló okiratok egyszerű másolatát és saját kezűleg aláírt szándéknyilatkozatukat arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén részt vesznek a teljesítésben. **Ajánlattevő hiánypótlásában nem nyújtotta be a két minimum 2 fő, 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkező szerviz alkalmazott kapcsán a végzettségüket igazoló okiratok egyszerű másolatát (csupán technikai kurzuson történő részvételt).** Ajánlattevő ajánlatában kijelentette, miszerint nem kíván alvállalkozót igénybe venni a teljesítés során, továbbá, hogy nem támaszkodik más szervezet, személy kapacitására, ezzel ellentétben a hiánypótlásából egyértelműen kitűnik, hogy a teljesítésben résztvevő mérnök*

szakember nem az ajánlattevő alkalmazottja, továbbá ezen alkalmassági feltétel megfelelése kapcsán is a külsős mérnök szakember erőforrására támaszkodik ajánlattevő.

Ajánlatkérő – hivatkozással a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerint – az ellenszolgáltatás mértékre tekintettel indoklást kért, mely benyújtott indoklással kapcsolatosan megállapítható, hogy annak ellenére, hogy ajánlatkérő több kiegészítő tájékoztatásban is jelezte, hogy a helység sugárvédelemmel történő ellátása / kiépítése is ajánlattevő feladata, nem szerepelnek az indoklásban ezen költségelemek. Mivel ezen költségek mértéke Ajánlatkérő álláspontja szerint jelentősek, így megállapítható, hogy ajánlattevő nem az ajánlati felhívásban, dokumentációban és kiegészítő tájékoztatásokban foglaltak szerint nyújtotta be ajánlatát.

A fentebb írott problémákra hivatkozással megállapítható, hogy ajánlattevő ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja szerint („egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezések és az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit”) érvénytelen.

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

1. ajánlati rész esetén: 1 darab MRI berendezés szállítása, telepítése

Ajánlattevő neve és címe: **EUROMEDIC TECHNOLOGY Kft.** (1051 Budapest, Dorottya utca 1. II. emelet.)

Értékelési szempont: összességében legelőnyösebb ajánlat bírálata alapján:

Nettó ajánlati ár (előny a kisebb): **412.804.700- Ft + áfa**

Ajánlata kiválasztásának indokai: ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlatot tartalmazó ajánlat

2. ajánlati rész esetén: 1 darab szájsebészeti CT berendezés szállítása, telepítése

Ajánlattevő neve és címe: **Medi-Cont Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (9024 Győr, Honvéd utca 9/a.)

Ellenszolgáltatás összege: **nettó 23.450.000.- Ft + áfa**

Ajánlata kiválasztásának indokai: ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlatot tartalmazó ajánlat.

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

1. ajánlati rész esetén: 1 darab MRI berendezés szállítása, telepítése

Ajánlattevő neve és címe: **Premier G Med Kft.** (1026 Budapest, Hidász utca 1.)

Értékelési szempont: összességében legelőnyösebb ajánlat bírálata alapján:

Nettó ajánlati ár (előny a kisebb): **435.000.000- Ft + áfa**

Ajánlata kiválasztásának indokai: ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ajánlata az összességében a második legelőnyösebb ajánlatot tartalmazó ajánlat

2. ajánlati rész esetén: 1 darab szájsebészeti CT berendezés szállítása, telepítése

Ajánlattevő neve és címe: **EUROMEDIC TECHNOLOGY Kft.** (1051 Budapest, Dorottya utca 1. II. emelet.)

Ellenszolgáltatás összege: **nettó 52.670.000.- Ft + áfa**

Ajánlata kiválasztásának indokai: ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ajánlata az összességében a második legelőnyösebb ajánlatot tartalmazó ajánlat.

12.* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

1. ajánlati rész esetén: telepítés, üzembe helyezés, betanítás, jótállási időszak alatti szerviztevékenység, régi MR berendezés szakszerű leszerelése, és Ajánlatkérő telephelyén lévő raktárba szállítása, az MR berendezés telepítéséhez elengedhetetlenül szükséges járulékos szakipari munkák, RF kabin szükséges átalakítása.

2. ajánlati rész esetén: -

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

1. ajánlati rész esetén: szerelés, üzembe helyezés, karbantartás

2. ajánlati rész esetén: telepítés, üzembe helyezés, betanítás, jótállási időszak alatti szerviztevékenység, régi CT berendezés szakszerű leszerelése, és Ajánlatkérő telephelyén lévő raktárba szállítása, a CT berendezés telepítéséhez elengedhetetlenül szükséges járulékos szakipari munkák

13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

1. ajánlati rész esetén: System Bau Trade Kft. (1117 Budapest, Nádorliget u. 5/a/603.), közbeszerzés százalékos aránya: 17%

2. ajánlati rész esetén: -

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

1. ajánlati rész esetén: -

2. ajánlati rész esetén: System Bau Trade Kft. (1117 Budapest, Nádorliget u. 5/a/603.), közbeszerzés százalékos aránya: 17%

14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

1. ajánlati rész esetén:

Nyertes ajánlattevő az ajánlati felhívás III.2.3.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2. pontja szerinti követelmény kapcsán: Medicor Szerviz Zrt. (1119 Budapest, Nándorfejérvári út 36-40) erőforrásaira támaszkodott.

Nyertes ajánlattevő az ajánlati felhívás III.2.3.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1. pontja szerinti követelmény kapcsán: Siemens Healthcare Kft. (1143 Budapest, Gizella út 51-57) erőforrásaira támaszkodott.

Nyertes ajánlattevő az ajánlati felhívás III.2.2.) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság G.3. pontja szerinti követelmény kapcsán: PHILIPS Magyarország Kft. (1117 Budapest, Alíz utca 1) erőforrásaira támaszkodott.

2. ajánlati rész esetén: -

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

1. ajánlati rész esetén:

Nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő az ajánlati felhívás III.2.2.) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság G.3. pontja, III.2.3.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1., és M.2. pontja szerinti követelmény kapcsán: GE Hungary Kft. (1044 Budapest, Váci út 77.) erőforrásaira támaszkodott.

2. ajánlati rész esetén:

Nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő az ajánlati felhívás III.2.3.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2. pontja szerinti követelmény kapcsán: Medicor Szerviz Zrt. (1119 Budapest, Nándorfejérvári út 36-40) erőforrásaira támaszkodott.

Nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő az ajánlati felhívás III.2.2.) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság G.3. pontja, továbbá III.2.3.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1. pontja szerinti követelmény kapcsán: Euromedic Dent Kft. (1051 Budapest, Dorottya u. 1.) erőforrásaira támaszkodott.

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2015. 07.25.

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2015.08.03.

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2015. 07. 24.

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2015. 07. 24.

18.* Az összegezés módosításának indoka: -

19.* Az összegezés módosításának időpontja: -

20.* A módosított összegezés megküldésének időpontja: -

21.* Az összegezés javításának indoka: -

22.* Az összegezés javításának időpontja: -

23.* A javított összegezés megküldésének időpontja: -

24.* Egyéb információk: -

Szerződéskötés tervezet időpontja: 2015. augusztus 4.

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.

Készítette:


Csaga János András
mb. beszerzési csoportvezető

B-A-Z. MEGYEI KÖRHÁZ
EGYETEMI OKTATÓ KÖZPONT
Beszerzési és Anyagszállítási Osztály
Beszerzési Csoport
3526 Miskolc, Széchenyi kapu 72-76
T.: (46) 513-264, Fax.: (46) 320-409

1. ajánlati rész: 1 darab MRI berendezés szállítása, telepítése						
Megajánlott paraméter	Értékelés módszere	Súlyszám	Euromedic Technology Kft.	Euromedic Technology Kft. pontszáma	Premier G Med Kft.	Premier G Med Kft. pontszáma
Nettó ajánlati ár	előny a kisebb, arányosítás	70	412804700	700,00	435000000	667,86
Szakmai többlettartalom						
Mágnes teljes hossza felszerelt burkolatokkal (cm) (Max. 200 cm) (Előny a kisebb, kérjük megadni!)	előny a kisebb, arányosítás	1	171	8,63	145	10,00
Mező homogenitása 40 cm átmérőjű gömb térfogatban (ppm, VRMS 24 planeplot) (Előny a kisebb, kérjük megadni!)	előny a kisebb, arányosítás	2	0,98	20,00	2,3	9,67
Mező homogenitása 10 cm átmérőjű gömb térfogatban (ppm, VRMS 24 planeplot) (Előny a kisebb, kérjük megadni!)	előny a kisebb, arányosítás	2	0,01	14,60	0,007	20,00
Valós zero boil off technika (0 liter/24 óra hélium fogyasztás) (Megléte előny, kérjük megadni!)	megléte előny	1	Igen,	10,00	Igen	10,00
Maximális gradiens amplitúdó és slew rate legalább 45 cm FOV-ra x, y tengelyeken: 30 mT@ 100 T/m/s (Előny a nagyobb, kérjük megadni!)	nagyobb előny, arányosítás	1	33 mT@125 T/m/s	8,73	34 mT/m, 150 T / m /s	10,00
Maximális gradiens amplitúdó és slew rate legalább 35 cm FOV-ra z tengelyen: 30 mT@ 100 T/m/s (Előny a nagyobb, kérjük megadni!)	nagyobb előny, arányosítás	1	33 mT@125 T/m/s	8,73	34 mT/m, 150 T / m /s	10,00
A teljes tekercskészletet figyelembe véve hány csatlakoztatható közülük egyszerre? (minimum 2 tekercs), (Előny a nagyobb, kérjük megadni!)	nagyobb előny, arányosítás	4	4	40,00	4	40,00
A rendszer felismeri-e és automatikusan aktiválja-e a releváns FOV-on belüli tekercs elemeket (Előny a megléte, kérjük megadni!)	megléte előny	1	Igen,	10,00	Igen	10,00
Kombinált fej-nyak tekercs (Előny a megléte, kérjük megadni!)	megléte előny	1	Igen,	10,00	Igen	10,00

Tekercs (vagy kombináció) a teljes központi idegrendszer (CNS) (Fej + C-Th-L gerinc) lefedéséhez (Előny a megléte, kérjük megadni!)	megléte előny	1	Igen,	10,00	Igen	10,00
Max. b-érték (s/mm ²): Min. 7000 s/mm ² (Előny a nagyobb, kérjük megadni!)	nagyobb előny, arányosítás	2	10000	20,00	10000	20,00
fMRI szoftver csomag (Előny a megléte, kérjük megadni!)	megléte előny	1	Igen,	10,00	Igen	10,00
DTI szoftver csomag (Előny a megléte, kérjük megadni!)	megléte előny	1	Igen,	10,00	Igen	10,00
ALS szoftver csomag (Előny a megléte, kérjük megadni!)	megléte előny	1	Igen,	10,00	Igen	10,00
spektroszkópia szoftver csomag (Előny a megléte, kérjük megadni!)	megléte előny	1	Igen,	10,00	Igen	10,00
Silicon only imaging (víz és zsír elnyomás egyszerre) (Előny a megléte, kérjük megadni!)	megléte előny	1	Igen,	10,00	Igen	10,00
Mozgáskorrekció szabad légzés mellett (Előny a megléte, kérjük megadni!)	megléte előny	1	Igen,	10,00	Igen	10,00
A fenti adatgyűjtési mód alkalmazható-e minden irányban (sag, tra, cor) (Előny a megléte, kérjük megadni!)	megléte előny	1	Igen,	10,00	Igen	10,00
A fenti mozgás érzéketlen adatgyűjtési mód alkalmazható-e minden irányban PAT technikával együtt? (Előny a megléte, kérjük megadni!)	megléte előny	1	Igen,	10,00	Igen	10,00
3D technika (Előny a megléte, kérjük megadni!)	megléte előny	2	Igen,	20,00	Igen	20,00
Minimális FOV _{x,y} Max 1 cm (Előny a kisebb, kérjük megadni!)	előny a kisebb, arányosítás	1	0,5	10,00	1	5,50
Minimum szelet vastagság 2D (mm): Max:0,5 mm (Előny a kisebb, kérjük megadni!)	előny a kisebb, arányosítás	1	0,1	10,00	0,3	4,00
Legkisebb szelet vastagság 3D (mm) (Előny a kisebb, kérjük megadni!)	előny a kisebb, arányosítás	1	0,05	10,00	0,1	5,50
Összesen:				990,69		942,52

2. ajánlati rész: 1 darab Szájsebészeti CT berendezés szállítása, telepítése

Megajánlott paraméter	Értékelés módszere	Súlyszám	Euromedic Technology Kft.	Euromedic Technology Kft. pontszáma	Dent-East Kft.	Dent-East Kft. pontszáma	Medi-Cont Kft.	Medi-Cont Kft. pontszáma
Nettó ajánlati ár	előny a kisebb, arányosítás	70	52670000	350,49			23450000	700,00
Szakmai többlettartalom								
Kerekesszékes hozzáférhetőség (Előny a megléte, kérjük megadni!)	megléte előny	1	Igen,	10,00			Igen	10,00
Páciens pozicionálás (Előny a megléte, kérjük megadni!)	megléte előny	1	Igen,	10,00			Igen	10,00
Állítható ülés magasság (Előny a megléte, kérjük megadni!)	megléte előny	1	Igen,	10,00			Nem	1,00
Látómező (FOV) Min. 8 cm x 8 cm (Előny a nagyobb, kérjük megadni!)	nagyobb előny, arányosítás	5	23x17	50,00			11x8	15,13
Szkennelési idő max. 40 sec (Előny a kisebb, kérjük megadni!)	előny a kisebb, arányosítás	5	26,9	50,00			2D: 3,6 - 9,0 sec 3D: 18,0-30,0 sec	45,35
Felbontás max. 0,2 mm (Előny a kisebb, kérjük megadni!)	előny a kisebb, arányosítás	5	0,125	50,00			0,2	33,13
Direkt digitális flat panel a CBCT és CMOS szenzor a panoráma felvételekhez (Előny a megléte, kérjük megadni!)	megléte előny	2	Igen,	20,00			Igen	20,00
UHD (Ultra High Definition) felbontás (Előny a megléte, kérjük megadni!)	megléte előny	2	Igen,	20,00			Igen	20,00
alkalmas cephaló felvételek készítésére (Előny a megléte, kérjük megadni!)	megléte előny	2	Igen,	20,00			Igen	20,00
alkalmas, fül-orr-gégészeti programok futtatására (Előny a megléte, kérjük megadni!)	megléte előny	2	Igen,	20,00			Igen	20,00

ajánlattevő ajánlata érvénytelen

alkalmas, légutak vizsgálatára (Előny a megléte, kérjük megadni!)	nagyobb előny, arányosítás	2	Igen,	20,00	Igen	20,00
alkalmas csigolya, csontállomány, csontvastagság vizsgálatára (megléte előny)	megléte előny	2	Igen,	20,00	Igen	20,00
Összesen:				650,49		934,60