

## **Összegezés az ajánlatok elbírálásáról**

### 1. Az ajánlatkérő neve és címe:

**Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház  
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.**

### 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

**Tárgya:** Szállítási szerződés - Orvostechnikai berendezések szállítására, telepítésére a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban a KEOP-5.6.0/E/15 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan II.

### **Mennyisége:**

1. ajánlati rész: 1 darab Digitális röntgenfelvételi munkahely mennyezeti csőtartóval flat panel detektorral, fali Buckyval és fix telepítésű elevátoros asztallal szállítása, telepítése I.
2. ajánlati rész: 1 darab Digitális röntgenfelvételi munkahely mennyezeti csőtartóval flat panel detektorral, fali Buckyval és fix telepítésű elevátoros asztallal szállítása, telepítése II.
3. ajánlati rész: 1 darab Távírányításos, dönthető, flat panel technológiájú digitális átvilágító és felvételi munkahely szállítása, telepítése I.
4. ajánlati rész: 1 darab Távírányításos, dönthető, flat panel technológiájú digitális átvilágító és felvételi munkahely szállítása, telepítése II.
5. ajánlati rész: 1 darab Digitális mammográfiás röntgen berendezés szállítása, telepítése

### 3. A választott eljárás fajtája:

**Nyílt közbeszerzési eljárás**

4.\* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -

5.\* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: -

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja:

**Az ajánlati felhívás megjelenésének napja:**

**TED-en: 2015. június 6. napja, száma: 2015/S 108-195494**

**Közbeszerzési Értesítőben: 2015. június 08. napja, száma: KÉ-9423/2015.**

### **Módosítás:**

**TED-en: 2015. július 14. napja, száma: 2015/S 133-244946**

**Közbeszerzési Értesítőben: 2015. július 15. napja, száma: KÉ-12320/2015.**

### 7. a) Eredményes volt-e az eljárás: **Igen**

b)\* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra: -

c)\* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: -

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 7

9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

**1. ajánlati rész:** Digitális röntgenfelvételi munkahely mennyezeti csőtartóval flat panel detektorral, fali Buckyval és fix telepítésű elevátoros asztallal szállítása, telepítése I.

**EUROMEDIC TECHNOLOGY Kft. (1051 Budapest, Dorottya utca 1. II. emelet.)**

**Alkalmasság indokolása:** ajánlat elbírálása során mindenben megfelelt az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételeknek

**Értékelési szempont:** összességében legelőnyösebb ajánlat bírálata alapján:

**Nettó ajánlati ár: 100.354.600,- Ft +áfa**

**Szakmai többlettartalom**

**Méret Min. 35 x 41 cm (kérjük megadni, előny a nagyobb): 35,3 x 42,4 cm**

**Pixel méret Max. 200 µm (kérjük megadni előny a kisebb): 139 µm**

**Cső elforgatása függőleges tengely körül Min. 200° (kérjük megadni előny a nagyobb): 336°**

**Cső elforgatása vízszintes tengely körül Min. 200° (kérjük megadni előny a nagyobb): 240°**

**Függőleges irányú motorikus mozgástartomány Min. 150 cm (kérjük megadni előny a nagyobb): 180 cm**

**Érintő kijelzés a mennyezeti csőtartón (Előny a megléte): Igen, érintő kijelző a mennyezeti csőtartón**

**Szinkronizált detektor követés ( a cső szinkronban követi a detektort a fali bucky-állványban Előny a megléte): Igen, szinkronizált detektor követés (a cső szinkronban követi a detektort a fali bucky-állványban)**

**A cső szinkronban mozog a detektorral a páciens asztal magasságának állításakor (Előny a megléte): Igen, a cső szinkronban mozog a detektorral a páciens asztal magasságának állításakor**

**Kapaszkodó laterális felvételek készítéséhez (Előny a megléte): Igen, kapaszkodó laterális felvételek készítéséhez**

**Képtárolási kapacitás Min. 3000 kép (kérjük megadni, előny a több): 10.000 kép**

**CD-DVD író felvételek kiírásához (Előny a megléte): Igen, CD-DVD író felvételek kiírásához**

**Ortho csomag a megajánlott berendezésen (gerincről vagy lábról készült legfeljebb 4 felvétel automatikus összeillesztése egy képpé) (Előny a megléte): Igen, ortho csomag a megajánlott berendezésen (gerincről vagy lábról készült legfeljebb 4 felvétel automatikus összeillesztése egy képpé)**

**2. ajánlati rész:** Digitális röntgenfelvételi munkahely mennyezeti csőtartóval flat panel detektorral, fali Buckyval és fix telepítésű elevátoros asztallal szállítása, telepítése II.

**EUROMEDIC TECHNOLOGY Kft. (1051 Budapest, Dorottya utca 1. II. emelet.)**

**Alkalmasság indokolása:** ajánlat elbírálása során mindenben megfelelt az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételeknek

**Értékelési szempont:** összességében legelőnyösebb ajánlat bírálata alapján:

**Nettó ajánlati ár: 101.784.600,- Ft +áfa**

**Szakmai többlettartalom**

Méret Min. 35 x 41 cm (kérjük megadni, előny a nagyobb): **35,3 x 42,4 cm**  
Pixel méret Max. 200  $\mu\text{m}$  (kérjük megadni előny a kisebb): **139  $\mu\text{m}$**   
Cső elforgatása függőleges tengely körül Min. 200° (kérjük megadni előny a nagyobb): **336°**  
Cső elforgatása vízszintes tengely körül Min. 200° (kérjük megadni előny a nagyobb): **240°**  
Függőleges irányú motorikus mozgástartomány Min. 150 cm (kérjük megadni előny a nagyobb): **180 cm**  
Érintő kijelzés a mennyezeti csőtartón (Előny a megléte): **Igen, érintő kijelző a mennyezeti csőtartón**  
Szinkronizált detektor követés ( a cső szinkronban követi a detektort a fali bucky-állványban Előny a megléte): **Igen, szinkronizált detektor követés (a cső szinkronban követi a detektort a fali bucky-állványban)**  
A cső szinkronban mozog a detektorral a páciens asztal magasságának állításakor (Előny a megléte): **Igen, a cső szinkronban mozog a detektorral a páciens asztal magasságának állításakor**  
Kapaszkodó laterális felvételek készítéséhez (Előny a megléte): **Igen, kapaszkodó laterális felvételek készítéséhez**  
Képtárolási kapacitás Min. 3000 kép (kérjük megadni, előny a több): **10.000 kép**  
CD-DVD író felvételek kiírásához (Előny a megléte): **Igen, CD-DVD író felvételek kiírásához**

**3. ajánlati rész:** Távirányításos, dönthető, flat panel technológiájú digitális átvilágító és felvételi munkahely szállítása, telepítése I.

**EUROMEDIC TECHNOLOGY Kft. (1051 Budapest, Dorottya utca 1. II. emelet.)**

**Alkalmasság indokolása:** ajánlat elbírálása során mindenben megfelelt az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételeknek

**Értékelési szempont:** összességében legelőnyösebb ajánlat bírálata alapján:

Nettó ajánlati ár: **155.076.400,- Ft +áfa**

Szakmai többlettartalom

Asztallap hosszirányú mozgástartománya min. 50 cm (Kérjük megadni!): **160 cm**

Asztallap keresztirányú mozgástartománya Min. 25 cm (Kérjük megadni!): **35 cm**

Motoros fókusz képfeltevő távolság beállítás (Előny a megléte Kérjük megadni!): **Igen, motoros fókusz képfeltevő távolság beállítás 150 cm**

A mozgások vezérlése csak emberi kéz érintésére aktiválódó joystick-al (bármilyen egyéb gomb megnyomása nélkül), a véletlen mozgások elkerülése miatt. (Előny a megléte): **Igen, a mozgások vezérlése csak emberi kéz érintésével aktiválódó joystick-al (bármilyen egyéb gomb megnyomása nélkül), a véletlen mozgások elkerülése miatt**

Generátor és képfeldolgozó rendszer paramétereinek kiválasztása érintős kijelző lehetséges Előny a megléte (Kérjük megadni!): **Igen, generátor és képfeldolgozó rendszer paramétereinek kiválasztása érintős kijelző lehetséges**

Maximális csőáram felvételnél Min. 500 mA (Kérjük megadni, előny a nagyobb): **800 mA**

Beírható programok száma (kérjük megadni, előny a több): **beírható programok száma: 1.000**

kV-függő automatikus szűrőváltás fokozatainak száma (Előny a megléte Kérjük megadni!): **3 db**

Képtároló kapacitás maximális mátrix méret esetén (min. 2Kx2K) DICOM formátumban Min. 2000 kép (kérjük megadni, előny a több): **2.000 kép**

**Getronics Magyarország Kft. (1027 Budapest, Henger utca 2/b.) és Pascal Team Kft. (1027 Budapest, Patakegyi utca 13/1.)**

**Alkalmasság indokolása:** ajánlat elbírálása során mindenben megfelelt az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételeknek

**Értékelési szempont:** összességében legelőnyösebb ajánlat bírálata alapján:

Nettó ajánlati ár: **81.782.130,- Ft +áfa**

Szakmai többlettartalom

Asztallap hosszirányú mozgástartománya min. 50 cm (Kérjük megadni!): **120 cm**

Asztallap keresztirányú mozgástartománya Min. 25 cm (Kérjük megadni!): **35 cm**

Motoros fókusz képfelvevő távolság beállítás (Előny a megléte Kérjük megadni!): **IGEN**

A mozgások vezérlése csak emberi kéz érintésére aktiválódó joystick-al (bármilyen egyéb gomb megnyomása nélkül), a véletlen mozgások elkerülése miatt. (Előny a megléte): **NEM**

Generátor és képfeldolgozó rendszer paramétereinek kiválasztása érintős kijelző lehetséges

Előny a megléte (Kérjük megadni!): **IGEN**

Maximális csőáram felvételnél Min. 500 mA (Kérjük megadni, előny a nagyobb): **800 mA**

Beírható programok száma (kérjük megadni, előny a több): **1.024**

kV-függő automatikus szűrőváltás fokozatainak száma (Előny a megléte Kérjük megadni!):

**IGEN**

Képtároló kapacitás maximális mátrix méret esetén (min. 2Kx2K) DICOM formátumban Min. 2000 kép (kérjük megadni, előny a több): **65000**

**4. ajánlati rész:** Távírányításos, dönthető, flat panel technológiájú digitális átvilágító és felvételi munkahely szállítása, telepítése II.

**EUROMEDIC TECHNOLOGY Kft. (1051 Budapest, Dorottya utca 1. II. emelet.)**

**Alkalmasság indokolása:** ajánlat elbírálása során mindenben megfelelt az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételeknek

**Értékelési szempont:** összességében legelőnyösebb ajánlat bírálata alapján:

Nettó ajánlati ár: **155.516.400,- Ft +áfa**

Szakmai többlettartalom

Asztallap hosszirányú mozgástartománya min. 50 cm (Kérjük megadni!): **160 cm**

Asztallap keresztirányú mozgástartománya Min. 25 cm (Kérjük megadni!): **35 cm**

Motoros fókusz képfelvevő távolság beállítás (Előny a megléte Kérjük megadni!): **Igen, motoros fókusz képfelvevő távolság beállítás 150 cm**

A mozgások vezérlése csak emberi kéz érintésére aktiválódó joystick-al (bármilyen egyéb gomb megnyomása nélkül), a véletlen mozgások elkerülése miatt. (Előny a megléte): **Igen, a mozgások vezérlése csak emberi kéz érintésével aktiválódó joystick-al (bármilyen egyéb gomb megnyomása nélkül), a véletlen mozgások elkerülése miatt**

Generátor és képfeldolgozó rendszer paramétereinek kiválasztása érintős kijelző lehetséges

Előny a megléte (Kérjük megadni!): **Igen, generátor és képfeldolgozó rendszer paramétereinek kiválasztása érintős kijelző lehetséges**

Maximális csőáram felvételnél Min. 500 mA (Kérjük megadni, előny a nagyobb): **800 mA**

Beírható programok száma (kérjük megadni, előny a több): **beírható programok száma: 1.000**

kV-függő automatikus szűrőváltás fokozatainak száma (Előny a megléte Kérjük megadni!): **3 db**

Képtároló kapacitás maximális mátrix méret esetén (min. 2Kx2K) DICOM formátumban Min. 2000 kép (kérjük megadni, előny a több): **2.000 kép**

**Getronics Magyarország Kft. (1027 Budapest, Henger utca 2/b.) és Pascal Team Kft. (1027 Budapest, Patakegyi utca 13/1.)**

**Alkalmasság indokolása:** ajánlat elbírálása során mindenben megfelelt az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételeknek

**Értékelési szempont:** összességében legelőnyösebb ajánlat bírálata alapján:

**Nettó ajánlati ár: 81.782.130,- Ft +áfa**

**Szakmai többlettartalom**

**Asztallap hosszirányú mozgástartománya min. 50 cm (Kérjük megadni!): 120 cm**

**Asztallap keresztirányú mozgástartománya Min. 25 cm (Kérjük megadni!): 35 cm**

**Motoros fókusz képfelvevő távolság beállítás (Előny a megléte Kérjük megadni!): IGEN**

**A mozgások vezérlése csak emberi kéz érintésére aktiválódó joystic-al (bármilyen egyéb gomb megnyomása nélkül), a véletlen mozgások elkerülése miatt. (Előny a megléte): NEM**

**Generátor és képfeldolgozó rendszer paramétereinek kiválasztása érintős kijelző lehetséges**

**Előny a megléte (Kérjük megadni!): IGEN**

**Maximális csőáram felvételnél Min. 500 mA (Kérjük megadni, előny a nagyobb): 800 mA**

**Beírható programok száma (kérjük megadni, előny a több): 1.024**

**kV-függő automatikus szűrőváltás fokozatainak száma (Előny a megléte Kérjük megadni!): IGEN**

**Képtároló kapacitás maximális mátrix méret esetén (min. 2Kx2K) DICOM formátumban Min. 2000 kép (kérjük megadni, előny a több): 65000**

**5. ajánlati rész:** Digitális mammográfiás röntgen berendezés szállítása, telepítése

**Alkalmasság indokolása:** ajánlat elbírálása során mindenben megfelelt az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételeknek

**Értékelési szempont:** összességében legelőnyösebb ajánlat bírálata alapján:

**Nettó ajánlati ár: 157.233.500,- Ft +áfa**

**Szakmai többlettartalom**

**Alkalmazható max. mAs érték Min. 400 mAs (Kérjük megadni előny a több): 630 mAs**

**Anódfordulatszám Min. 6000 ford/perc (Kérjük megadni előny a több): 8800 ford / perc**

**Fókuszok mérete Max. 0,1 és 0,3 mm (Kérjük megadni előny a kisebb): 0,15 mm**

**Detektor pixelek száma Min. 2800x3500 pixel (Kérjük megadni előny a több): 2816 x 3584 pixel**

**Pixel méret Max. 100 µm (Kérjük megadni előny a kisebb): 85 µm**

**Motorikus kar forgatás szög tartománya (Kérjük megadni Előny a nagyobb): +180 /- 180 fok**

**TFT Monitor Min. 1280x 1024 pixel (Kérjük megadni előny a több): 1280 x 1024 pixel**

**Képernyő méret Min. 21" (Kérjük megadni előny a nagyobb!): 21,3"**

**Felbontás Min. 5 Megapixel (Kérjük megadni előny a nagyobb!): 5 Megapixel**

**b)\*\* Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):**

**Jelen összegezés melléklete elválaszthatatlan részét képezi a pontozótábla.**

**c)\*\* Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása:**

**Értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont**

**d)\*\* Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:**

A „Nettó ajánlati ár (Ft)” részszerpont értékelését a fordított arányosítás módszerével végzi az ajánlatkérő. A legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat a maximális (10) pontot kapja, a többi ajánlat pontszámai az ezekhez történő értékarányosítással kerülnek meghatározásra, az alábbi képlet szerint:

$$P = (A_{\text{legjobb}}/A_{\text{vizsgált}}) * (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

ahol:

*P*: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

*P<sub>max</sub>*: a pontskála felső határa

*P<sub>min</sub>*: a pontskála alsó határa

*A<sub>legjobb</sub>*: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

*A<sub>vizsgált</sub>*: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

A „Szakmai többlettartalom” részszerpont alszerpontjai esetén:

- ahol az alacsonyabb érték a kedvezőbb, a következő módszerrel számol az ajánlatkérő:

$$P = (A_{\text{min}}/A_{\text{vizsgált}}) * (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

ahol:

*P*: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

*P<sub>max</sub>*: a pontskála felső határa

*P<sub>min</sub>*: a pontskála alsó határa

*A<sub>min</sub>*: a Kbt. 71. § (7) bek. alapján a dokumentációban meghatározott, az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra

Ajánlatkérő egyaránt a maximális (10) pontot adja.

*A<sub>vizsgált</sub>*: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

- ahol a magasabb érték a kedvezőbb, ajánlatkérő a következő képlettel számol:

$$P = (A_{\text{vizsgált}}/A_{\text{max}}) * (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

ahol:

*P*: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

*P<sub>max</sub>*: a pontskála felső határa

*P<sub>min</sub>*: a pontskála alsó határa

*A<sub>max</sub>*: a Kbt. 71. § (7) bek. alapján a dokumentációban meghatározott, az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra

Ajánlatkérő egyaránt a maximális (10) pontot adja.

*A<sub>vizsgált</sub>*: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

Ahol az elvárt műszaki paraméter megléte előnyt jelent, abban esetben amennyiben a megajánlásra kerülő berendezés rendelkezik a specifikációban meghatározott paraméterrel,

úgy ajánlattevő a maximális 10 pontot kapja, amennyiben nem rendelkezik a paraméterrel, úgy 1 pontot kap

Az egyes alszempontok és részszerzőpontok pontszámai a hozzájuk tartozó súlyszámmal felszorozásra, a szorzatok pedig ajánlatonként összeadásra kerülnek, ez adja az ajánlat összpontszámát. Ha több ajánlat ér el azonos legmagasabb összpontszámot, akkor az eljárás nyertese az az ajánlat, amely alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmaz. Amennyiben az előbbieken alapján a nyertes ajánlat nem választható ki, akkor arról ajánlatkérő - közjegyző jelenlétében - az azonos legmagasabb összpontszámot elérő ajánlatok közötti sorsolással dönt.

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: ---

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

**1. ajánlati rész esetén:** Digitális röntgenfelvételi munkahely mennyezeti csőtartóval flat panel detektorral, fali Buckyval és fix telepítésű elevátoros asztallal szállítása, telepítése I.

**Ajánlattevő neve és címe:** **EUROMEDIC TECHNOLOGY Kft.** (1051 Budapest, Dorottya utca 1. II. emelet.)

**Értékelési szempont:** összességében legelőnyösebb ajánlat bírálata alapján:

**Nettó ajánlati ár (előny a kisebb):** **100.354.600,- Ft +áfa**

**Ajánlata kiválasztásának indokai:** ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlatot tartalmazó ajánlat

**2. ajánlati rész esetén:** Digitális röntgenfelvételi munkahely mennyezeti csőtartóval flat panel detektorral, fali Buckyval és fix telepítésű elevátoros asztallal szállítása, telepítése II.

**Ajánlattevő neve és címe:** **EUROMEDIC TECHNOLOGY Kft.** (1051 Budapest, Dorottya utca 1. II. emelet.)

**Értékelési szempont:** összességében legelőnyösebb ajánlat bírálata alapján:

**Nettó ajánlati ár (előny a kisebb):** **101.784.600,- Ft +áfa**

**Ajánlata kiválasztásának indokai:** ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlatot tartalmazó ajánlat

**3. ajánlati rész esetén:** Távirányításos, dönthető, flat panel technológiájú digitális átvilágító és felvételi munkahely szállítása, telepítése I.

**Ajánlattevő neve és címe:** **Getronics Magyarország Kft.** (1027 Budapest, Henger utca 2/b.) és **Pascal Team Kft.** (1027 Budapest, Patakhegyi utca 13/1.)

**Értékelési szempont:** összességében legelőnyösebb ajánlat bírálata alapján:

**Nettó ajánlati ár (előny a kisebb):** **81.782.130,- Ft +áfa**

**Ajánlata kiválasztásának indokai:** ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlatot tartalmazó ajánlat

**4. ajánlati rész esetén:** Távirányításos, dönthető, flat panel technológiájú digitális átvilágító és felvételi munkahely szállítása, telepítése II.

**Ajánlattevő neve és címe:** **Getronics Magyarország Kft.** (1027 Budapest, Henger utca 2/b.) és **Pascal Team Kft.** (1027 Budapest, Patakhegyi utca 13/1.)

**Értékelési szempont:** összességében legelőnyösebb ajánlat bírálata alapján:

Nettó ajánlati ár (előny a kisebb): **81.782.130,- Ft +áfa**

Ajánlata kiválasztásának indokai: ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlatot tartalmazó ajánlat

**5. ajánlati rész esetén:** 1 darab MRI berendezés szállítása, telepítése

Ajánlattevő neve és címe: **EUROMEDIC TECHNOLOGY Kft.** (1051 Budapest, Dorottya utca 1. II. emelet.)

Értékelési szempont: összességében legelőnyösebb ajánlat bírálata alapján:

Nettó ajánlati ár (előny a kisebb): **157.233.500,- Ft +áfa**

Ajánlata kiválasztásának indokai: ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlatot tartalmazó ajánlat

b)\* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

**1. ajánlati rész esetén: --**

**2. ajánlati rész esetén: --**

**3. ajánlati rész esetén:** Távirányításos, dönthető, flat panel technológiájú digitális átvilágító és felvételi munkahely szállítása, telepítése I.

Ajánlattevő neve és címe: **EUROMEDIC TECHNOLOGY Kft.** (1051 Budapest, Dorottya utca 1. II. emelet.)

Értékelési szempont: összességében legelőnyösebb ajánlat bírálata alapján:

Nettó ajánlati ár (előny a kisebb): **155.076.400,- Ft +áfa**

Ajánlata kiválasztásának indokai: ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ajánlata az összességében második legelőnyösebb ajánlatot tartalmazó ajánlat

**4. ajánlati rész esetén:** Távirányításos, dönthető, flat panel technológiájú digitális átvilágító és felvételi munkahely szállítása, telepítése II.

Ajánlattevő neve és címe: **EUROMEDIC TECHNOLOGY Kft.** (1051 Budapest, Dorottya utca 1. II. emelet.)

Értékelési szempont: összességében legelőnyösebb ajánlat bírálata alapján:

Nettó ajánlati ár (előny a kisebb): **155.516.400,- Ft +áfa**

Ajánlata kiválasztásának indokai: ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ajánlata az összességében második legelőnyösebb ajánlatot tartalmazó ajánlat

**5. ajánlati rész esetén: --**

**12.\* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:**

**a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:**

**1. ajánlati rész esetén:** régi berendezés szakszerű leszerelés és Ajánlatkérő telephelyén lévő raktárba szállítása, telepítés, üzembe helyezés, betanítás, jótállási időszak alatt szerviztevékenység, az új berendezés telepítéséhez elengedhetetlenül szükséges járulékos szakipari munkák.



2. ajánlati rész esetén: régi berendezés szakszerű leszerelés és Ajánlatkérő telephelyén lévő raktárba szállítása, telepítés, üzembe helyezés, betanítás, jótállási időszak alatt szerviztevékenység, az új berendezés telepítéséhez elengedhetetlenül szükséges járulékos szakipari munkák.

3. ajánlati rész esetén: -

4. ajánlati rész esetén: -

5. ajánlati rész esetén: régi berendezés szakszerű leszerelés és Ajánlatkérő telephelyén lévő raktárba szállítása, telepítés, üzembe helyezés, betanítás, jótállási időszak alatt szerviztevékenység, az új berendezés telepítéséhez elengedhetetlenül szükséges járulékos szakipari munkák.

b) \* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

3. ajánlati rész esetén: régi berendezés szakszerű leszerelés és Ajánlatkérő telephelyén lévő raktárba szállítása, telepítés, üzembe helyezés, betanítás, jótállási időszak alatt szerviztevékenység, az új berendezés telepítéséhez elengedhetetlenül szükséges járulékos szakipari munkák.

4. ajánlati rész esetén: régi berendezés szakszerű leszerelés és Ajánlatkérő telephelyén lévő raktárba szállítása, telepítés, üzembe helyezés, betanítás, jótállási időszak alatt szerviztevékenység, az új berendezés telepítéséhez elengedhetetlenül szükséges járulékos szakipari munkák.

13.\* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: ---

b) \* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: ---

14. \* Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

1. ajánlati rész esetén:

Nyertes ajánlattevő az ajánlati felhívás III.2.3.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2. pontja szerinti követelmény kapcsán: Medicor Szerviz Zrt. (1119 Budapest, Nándorfejérvári út 36-40) erőforrásaira támaszkodott.

2. ajánlati rész esetén:

Nyertes ajánlattevő az ajánlati felhívás III.2.3.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2. pontja szerinti követelmény kapcsán: Medicor Szerviz Zrt. (1119 Budapest, Nándorfejérvári út 36-40) erőforrásaira támaszkodott.

3. ajánlati rész esetén: -

4. ajánlati rész esetén: -

5. ajánlati rész esetén:

Nyertes ajánlattevő az ajánlati felhívás III.2.3.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2. pontja szerinti követelmény kapcsán: Medicor Szerviz Zrt. (1119 Budapest, Nándorfejérvári út 36-40) erőforrásaira támaszkodott.

b) \* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

3. ajánlati rész esetén:

Nyertes ajánlattevő az ajánlati felhívás III.2.3.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2. pontja szerinti követelmény kapcsán: Medicor Szerviz Zrt. (1119 Budapest, Nándorfejérvári út 36-40) erőforrásaira támaszkodott.

4. ajánlati rész esetén:

Nyertes ajánlattevő az ajánlati felhívás III.2.3.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2. pontja szerinti követelmény kapcsán: Medicor Szerviz Zrt. (1119 Budapest, Nándorfejérvári út 36-40) erőforrásaira támaszkodott.

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2015. 08.08.

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2015.08.17.

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2015. 08. 07.

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2015. 08. 07.

18.\* Az összegezés módosításának indoka: -

19.\* Az összegezés módosításának időpontja: -

20.\* A módosított összegezés megküldésének időpontja: -

21.\* Az összegezés javításának indoka: -

22.\* Az összegezés javításának időpontja: -

23.\* A javított összegezés megküldésének időpontja: -

24.\* Egyéb információk: -


Szerződéskötés tervezet időpontja (3 és 4. ajánlati részek esetén):

2015. augusztus 18.

A \*-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

A \*\*-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.

Készítette:

  
Czaga János András  
mb. beszerzési csoportvezető

B.-M. MEGYEI KÓRHÁZ ÉS  
EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ  
Beszerzési és Anyaggazdálkodási Osztály  
Beszerzési Csoport  
3526 Miskolc, Szempáteri kapu 72-76.  
Tel.: (46) 515-264, Fax.: (46) 320-409

**1. ajánlati rész: Digitális röntgenfelvételi munkahely mennyezeti csőtartóval flat panel detektorral, fali Buckyval és fix telepítésű elevátoros asztallal szállítása, telepítése I.**

<b>Megajánlott paraméter</b>	<b>Értékelés módszere</b>	<b>Súly szám</b>	<b>Euromedic Technology Kft.</b>	<b>Euromedic Technology Kft. pontszáma</b>
Nettó ajánlati ár	előny a kisebb, arányosítás	70	100354600	700,00
Méret Min. 35 x 41 cm kérjük megadni, előny a nagyobb	előny a nagyobb, arányosítás	2	35,3 x 42,4 cm	20,00
Pixel méret Max. 200 µm kérjük megadni előny a kisebb	előny a kisebb, arányosítás	5	139 µm	50,00
Cső elforgatása függőleges tengely körül Min. 200° kérjük megadni előny a nagyobb	előny a nagyobb, arányosítás	4	336°	40,00
Cső elforgatása vízszintes tengely körül Min.200° kérjük megadni előny a nagyobb	előny a nagyobb, arányosítás	4	240°	40,00
Függőleges irányú motorikus mozgástartomány Min. 150 cm kérjük megadni előny a nagyobb	nagyobb előny, arányosítás	4	180 cm	40,00
Érintő kijelzés a mennyezeti csőtartón Előny a megléte	megléte előny	1	Igen, érintő kijelző a mennyezeti csőtartón	10,00
Szinkronizált detektor követés ( a cső szinkronban követi a detektort a fali bucky-állványban ) Előny a megléte	megléte előny	1	Igen, szinkronizált detektor követés (a cső szinkronban követi a detektort a fali bucky-állványban)	10,00
A cső szinkronban mozog a detektorral a páciens asztal magasságának állításakor Előny a megléte	megléte előny	1	Igen, a cső szinkronban mozog a detektorral a páciens asztal magasságának állításakor	10,00
Kapaszkodó laterális felvételek készítéséhez Előny a megléte	megléte előny	1	Igen, kapaszkodó laterális felvételek készítéséhez	10,00
Képtárolási kapacitás Min. 3000 kép kérjük megadni, előny a több	nagyobb előny, arányosítás	3	10.000 kép	30,00
CD-DVD író felvételek kiírásához Előny a megléte	megléte előny	2	Igen, CD-DVD író felvételek kiírásához	20,00

Ortho csomag a megajánlott berendezésen (gerincről vagy lábról készült legfeljebb 4 felvétel automatikus összeillesztése egy képpé) Előny a megléte	megléte előny	2	Igen, ortho csomag a megajánlott berendezésen (gerincről vagy lábról készült legfeljebb 4 felvétel automatikus összeillesztése egy képpé)	20,00
Összesen:		100		1 000,00

**2. ajánlati rész: Digitális röntgenfelvételi munkahely mennyezeti csőtartóval flat panel detektorral, fali Buckyval és fix telepítésű elevátoros asztallal szállítása, telepítése II.**

<i>Megajánlott paraméter</i>	<i>Értékelés módszere</i>	<i>Súlyszám</i>	<i>Euromedic Technology Kft.</i>	<i>Euromedic Technology Kft. pontszáma</i>
Nettó ajánlati ár	előny a kisebb, arányosítás	70	101784600	700,00
Méret Min. 35 x 41 cm kérjük megadni, előny a nagyobb	előny a nagyobb, arányosítás	2	35,3 x 42,4 cm	20,00
Pixel méret Max. 200 µm kérjük megadni előny a kisebb	előny a kisebb, arányosítás	5	139 µm	50,00
Cső elforgatása függőleges tengely körül Min. 200° kérjük megadni előny a nagyobb	előny a nagyobb, arányosítás	4	336°	40,00
Cső elforgatása vízszintes tengely körül Min. 200° kérjük megadni előny a nagyobb	előny a nagyobb, arányosítás	4	240°	40,00
Függőleges irányú motorikus mozgástartomány Min. 150 cm kérjük megadni előny a nagyobb	nagyobb előny, arányosítás	4	180 cm	40,00
Érintő kijelzés a mennyezeti csőtartón Előny a megléte	megléte előny	1	Igen, érintő kijelző a mennyezeti csőtartón	10,00
Szinkronizált detektor követés ( a cső szinkronban követi a detektort a fali bucky-állványban ) Előny a megléte	megléte előny	2	Igen, szinkronizált detektor követés (a cső szinkronban követi a detektort a fali bucky-állványban)	20,00
A cső szinkronban mozog a detektorral a páciens asztal magasságának állításakor Előny a megléte	megléte előny	2	Igen, a cső szinkronban mozog a detektorral a páciens asztal magasságának állításakor	20,00
Kapaszkodó laterális felvételek készítéséhez Előny a megléte	megléte előny	1	Igen, kapaszkodó laterális felvételek készítéséhez	10,00
Képtárolási kapacitás Min. 3000 kép kérjük megadni, előny a több	nagyobb előny, arányosítás	3	10.000 kép	30,00
CD-DVD író felvételek kiírásához Előny a megléte	megléte előny	2	Igen, CD-DVD író felvételek kiírásához	20,00
<b>Összesen:</b>		<b>100</b>		<b>1 000,00</b>

**3. ajánlati rész: Távirányításos, dönthető, flat panel technológiájú digitális átvilágító és felvételi munkahely szállítása, telepítése I.**

<b>Megajánlott paraméter</b>	<b>Értékelés módszere</b>	<b>Súlyszám</b>	<b>Euromedic Technology Kft.</b>	<b>Euromedic Technology Kft. pontszáma</b>	<b>Getronics Kft. és Pascal Team Kft.</b>	<b>Getronics Kft. és Pascal Team Kft. pontszáma</b>
Nettó ajánlati ár	előny a kisebb, arányosítás	75	155076400	430,97	81782130	750,00
Asztallap hosszirányú mozgástartománya min. 50 cm Kérjük megadni!	előny a nagyobb, arányosítás	5	160	50,00	120	38,75
Asztallap keresztirányú mozgástartománya Min. 25 cm Kérjük megadni!	előny a nagyobb, arányosítás	5	35	50,00	35	50,00
Motoros fókusz képfelvevő távolság beállítás Előny a megléte Kérjük megadni!	megléte előny	1	Igen, motoros fókusz képfelvevő távolság beállítás 150 cm	10,00	IGEN	10,00
A mozgások vezérlése csak emberi kéz érintésére aktiválódó joystick-al (bármilyen egyéb gomb megnyomása nélkül), a véletlen mozgások elkerülése miatt. Előny a megléte	megléte előny	2	Igen, a mozgások vezérlése csak emberi kéz érintésével aktiválódó joystick-al (bármilyen egyéb gomb megnyomása nélkül), a véletlen mozgások elkerülése miatt	20,00	NEM	2,00
Generátor és képfeldolgozó rendszer paramétereinek kiválasztása érintős kijelző lehetséges Előny a megléte Kérjük megadni!	megléte előny	3	Igen, generátor és képfeldolgozó rendszer paramétereinek kiválasztása érintős kijelző lehetséges	30,00	IGEN	30,00
Maximális csőáram felvételnél Min. 500 mA Kérjük megadni, előny a nagyobb	nagyobb előny, arányosítás	2	800 mA	20,00	800 mA	20,00
Beírható programok száma	nagyobb előny, arányosítás	3	beírható programok száma: 1.000	29,37	1024	30,00

kV-függő automatikus szűrőváltás fokozatainak száma Előny a megléte Kérjük megadni!	megléte előny	1	3 db	10,00	IGEN	10,00
Képtároló kapacitás maximális mátrix méret esetén (min. 2Kx2K) DICOM formátumban Min. 2000 kép	(Előny a nagyobb)	3	2000	3,83	65000	30,00
Összesen:		100		654,17		970,75

<b>4. ajánlati rész: Távirányításos, dönthető, flat panel technológiájú digitális átvilágító és felvételi munkahely</b>						
<b>Megajánlott paraméter</b>	<b>Értékelés módszere</b>	<b>Súlyszám</b>	<b>Euromedic Technology Kft.</b>	<b>Euromedic Technology Kft. pontszáma</b>	<b>Getronics Kft. és Pascal Team Kft.</b>	<b>Getronics Kft. és Pascal Team Kft. pontszáma</b>
Nettó ajánlati ár	előny a kisebb, arányosítás	75	155516400	429,97	81782130	750,00
Asztallap hosszirányú mozgástartománya min. 50 cm Kérjük megadni!	előny a nagyobb, arányosítás	5	160	50,00	120	38,75
Asztallap keresztirányú mozgástartománya Min. 25 cm Kérjük megadni!	előny a nagyobb, arányosítás	5	35	50,00	35	50,00
Motoros fókusz képfelvevő távolság beállítás Előny a megléte Kérjük megadni!	megléte előny	1	Igen, motoros fókusz képfelvevő távolság beállítás 150 cm	10,00	IGEN	10,00
A mozgások vezérlése csak emberi kéz érintésére aktiválódó joystick-al (bármilyen egyéb gomb megnyomása nélkül), a véletlen mozgások elkerülése miatt. Előny a megléte	megléte előny	1	Igen, a mozgások vezérlése csak emberi kéz érintésével aktiválódó joystick-al (bármilyen egyéb gomb megnyomása nélkül), a véletlen mozgások elkerülése miatt	10,00	NEM	1,00
Generátor és képfeldolgozó rendszer paramétereinek kiválasztása érintős kijelző lehetséges Előny a megléte Kérjük megadni!	megléte előny	3	Igen, generátor és képfeldolgozó rendszer paramétereinek kiválasztása érintős kijelző lehetséges	30,00	IGEN	30,00
Maximális csőáram felvételnél Min. 500 mA Kérjük megadni, előny a nagyobb	nagyobb előny, arányosítás	2	800 mA	20,00	800 mA	20,00
Beírható programok száma	nagyobb előny, arányosítás	4	beírható programok száma: 1.000	39,16	1024	40,00
kV-függő automatikus szűrőváltás fokozatainak száma Előny a megléte Kérjük megadni!	megléte előny	1	3 db	10,00	IGEN	10,00



Képtároló kapacitás maximális mátrix méret esetén (min. 2Kx2K) DICOM formátumban Min. 2000 kép	megléte előny	3	2000	3,83	65000	30,00
Összesen:		100		652,95		979,75

**5. ajánlati rész: Digitális mammográfias röntgen berendezés szállítása, telepítése**

<i>Megajánlott paraméter</i>	<i>Értékelés módszere</i>	<i>Súlyszám</i>	<i>Euromedic Technology Kft.</i>	<i>Euromedic Technology Kft. pontszáma</i>
Nettó ajánlati ár	előny a kisebb, arányosítás	75	157.233.500,- Ft +áfa	750,00
Alkalmazható max. mAs érték Min. 400 mAs Kérjük megadni előny a több	előny a nagyobb, arányosítás	6	630 mAs	60,00
Anódfordulatszám Min. 6000 ford/perc Kérjük megadni előny a több	előny a nagyobb, arányosítás	2	8800 ford / perc	20,00
Fókuszok mérete Max. 0,1 és 0,3 mm Kérjük megadni előny a kisebb	előny a kisebb, arányosítás	2	0,15 mm	20,00
Detektor pixelek száma Min. 2800x3500 pixel Kérjük megadni előny a több	előny a nagyobb, arányosítás	2	2816 x 3584 pixel	20,00
Pixel méret Max. 100 µm Kérjük megadni előny a kisebb	kisebb előny, arányosítás	4	85 µm	40,00
Motorikus kar forgatás szög tartománya Kérjük megadni Előny a nagyobb	előny a nagyobb, arányosítás	3	+180 / - 180 fok	30,00

TFT Monitor Min. 1280x1024 pixel Kérjük megadni előny a több	előny a nagyobb, arányosítás	2	1280 x 1024 pixel	20,00
Képernyő méret - Min. 21" (előny a több)	nagyobb előny, arányosítás	2	21,3 "	20,00
Felbontás - Min. 5 Megapixel (előny a több)	nagyobb előny, arányosítás	2	5 Megapixel	20,00
<b>Összesen:</b>		<b>100</b>		<b>1 000,00</b>

## Czaga János András

---

**Feladó:** Czaga János András [czaga.beszir@bazmkorhaz.hu]  
**Küldve:** 2015. augusztus 7. 15:12  
**Címzett:** 'technology@euromedic-hungary.com'; 'Révész Gábor'  
**Másolatot kap:** 'Hangonyiné Koczka Mónika'  
**Tárgy:** Összegezés - KEOP 5.6.0/E/15 Röntgen beszerzése  
**Mellékletek:** Összegezés KEOP Röntgen.pdf

Tisztelt Ajánlattevő!

Hivatkozással a KÉ-9423-2015. és a 2015/S 108-195464 számokon megjelent, továbbá a KÉ-12320/2015. és 2015/S 133 244946 számokon módosított "Szállítási szerződés – Orvostechnikai berendezések szállítására, telepítésére a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban a KEOP-5.6.0/E/15 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan II." tárgyú közbeszerzési eljárásra, ezúton megküldöm az összegezést az ajánlatok elbírálásáról.

Tisztelettel:

Czaga János András  
mb. beszerzési csoportvezető

\_\_\_\_\_ ESET NOD32 Antivirus - Vírusdefiníciós adatbázis: 12059 (20150807) \_\_\_\_\_

Az üzenetet az ESET NOD32 Antivirus ellenőrizte.

<http://www.eset.hu>

## Czaga János András

---

**Feladó:** Antal Krisztina [antal.krisztina@euromedic-hungary.com]  
**Címzett:** Czaga János András  
**Küldve:** 2015. augusztus 7. 15:36  
**Tárgy:** Read: Összegezés - KEOP 5.6.0/E/15 Röntgen beszerzése

### Üzenet olvasásának visszaigazolása

Címzett : „Antal Krisztina” <antal.krisztina@euromedic-hungary.com>  
Elküldve: 07-08-2015 15:11:47

**Az üzenet elolvasva: 07-08-2015 15:35:46**

\_\_\_\_\_ ESET NOD32 Antivirus - Vrusdefincis adatbzis: 12063 (20150808) \_\_\_\_\_

Az zenetet az ESET NOD32 Antivirus ellenrizte.

<http://www.eset.hu>

## Czaga János András

---

**Feladó:** technology@euromedic-hungary.com  
**Küldve:** 2015. augusztus 7. 15:37  
**Címzett:** Czaga János András  
**Tárgy:** Re: Összegezés - KEOP 5.6.0/E/15 Röntgen beszerzése

### Tisztelt Ajánlatkérő!

2015. augusztus 07-én kelt alábbi levelüket és a csatolmányt ("Összegezés KEOP Röntgen.pdf") megkaptuk, a dokumentum olvasható.

Tisztelettel:

\*\*\*\*\*

Antal Krisztina  
közbeszerzési referens  
Euromedic Technology Kft.  
1051 Budapest, Dorottya u. 1.  
Tel.: 06-1-815-3177  
Fax: 06-1-815-3107  
E-mail: [antal.krisztina@euromedic-hungary.com](mailto:antal.krisztina@euromedic-hungary.com)

\*\*\*\*\*

----- Az eredeti üzenet -----

Feladó: "Czaga János András" <[czaga.beszir@bazmkorhaz.hu](mailto:czaga.beszir@bazmkorhaz.hu)>  
Címzett: [technology@euromedic-hungary.com](mailto:technology@euromedic-hungary.com); "Révész Gábor" <[gabor.revesz@getronics.hu](mailto:gabor.revesz@getronics.hu)>  
Másolat: "Hangonyiné Koczka Mónika" <[hangonyine.becs@bazmkorhaz.hu](mailto:hangonyine.becs@bazmkorhaz.hu)>  
Elküldött elemek: 2015.08.07. 15:11:47  
Tárgy Összegezés - KEOP 5.6.0/E/15 Röntgen beszerzése

Tisztelt Ajánlattevő!

Hivatkozással a KÉ-9423-2015. és a 2015/S 108-195464 számokon megjelent, továbbá a KÉ-12320/2015. és 2015/S 133 244946 számokon módosított "Szállítási szerződés – Orvostechnikai berendezések szállítására, telepítésére a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban a KEOP-5.6.0/E/15 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan II." tárgyú közbeszerzési eljárásra, ezúton megküldöm az összegezést az ajánlatok elbírálásáról.

Tisztelettel:

Czaga János András  
mb. beszerzési csoportvezető

\_\_\_\_\_ ESET NOD32 Antivirus - Vírusdefiníciós adatbázis: 12059 (20150807) \_\_\_\_\_

Az üzenetet az ESET NOD32 Antivirus ellenőrizte.

<http://www.eset.hu>

## Czaga János András

---

**Feladó:** Révész Gábor [gabor.revesz@getronics.hu]  
**Címzett:** Czaga János András  
**Küldve:** 2015. augusztus 7. 15:40  
**Tárgy:** Read: Összegezés - KEOP 5.6.0/E/15 Röntgen beszerzése

Üzenetét (

Címzett: Révész Gábor

Tárgy: Összegezés - KEOP 5.6.0/E/15 Röntgen beszerzése

Elküldve: 2015. augusztus 7. 15:11:47 (UTC+01:00) Belgrád, Budapest, Ljubljana, Pozsony, Prága

) elolvasták ekkor: 2015. augusztus 7. 15:39:57 (UTC+01:00) Belgrád, Budapest, Ljubljana, Pozsony, Prága.

\_\_\_\_\_ ESET NOD32 Antivirus - Vírusdefiníciós adatbázis: 12063 (20150808) \_\_\_\_\_

Az üzenetet az ESET NOD32 Antivirus ellenőrizte.

<http://www.eset.hu>

## Czaga János András

---

**Feladó:** Révész Gábor [gabor.revesz@getronics.hu]  
**Küldve:** 2015. augusztus 7. 16:24  
**Címzett:** Czaga János András  
**Tárgy:** RE: Összegezés - KEOP 5.6.0/E/15 Röntgen beszerzése

Tisztelt Ajánlatkérő!

ezen levelemmel visszaigazolom, hogy a tárgyban összegzést megkaptuk

Üdvözlettel:

**Révész Gábor**  
tanácsadó  
Getronics Magyarország

1027 Budapest, Henger u. 2/B  
T: +36 (1) 371 7527 F: +36 (1) 371 7501  
M: +36 (20) 9313 123  
E: [gabor.revesz@getronics.com](mailto:gabor.revesz@getronics.com)  
W: [www.getronics.com](http://www.getronics.com)

**Getronics**



Improving our customers' performance through  
workspace management, connectivity, data centers  
and consultancy services

Getronics Magyarország Kft., cégjegyzékszám: 01-09-071867 Budapest

*A továbbított információt csak a címzett használhatja, és az tartalmazhat bizalmas és/vagy jogilag védett tartalmat. Az információ megismerése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, vagy egyéb felhasználása, illetve a címzettől eltérő személy és/vagy szervezet ezen információ alapján történő bármilyen cselekedete tilos. Amennyiben tévedésből kapta, kérjük azonnal értesítse a feladót és/vagy a címzettet, és törölje ezt az üzenetet.  
Köszönjük!*

---

**From:** Czaga János András [<mailto:czaga.beszir@bazmkorhaz.hu>]  
**Sent:** 2015. August 7. 15:12  
**To:** [technology@euromedic-hungary.com](mailto:technology@euromedic-hungary.com); Révész Gábor  
**Cc:** 'Hangonyiné Koczka Mónika'  
**Subject:** Összegezés - KEOP 5.6.0/E/15 Röntgen beszerzése

Tisztelt Ajánlattevő!

Hivatkozással a KÉ-9423-2015. és a 2015/S 108-195464 számokon megjelent, továbbá a KÉ-12320/2015. és 2015/S 133 244946 számokon módosított "Szállítási szerződés – Orvostechnikai berendezések szállítására, telepítésére a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban a KEOP-5.6.0/E/15 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan II." tárgyú közbeszerzési eljárásra, ezúton megküldöm az összegezés az ajánlatok elbírálásáról.



Tisztelettel:

Czaga János András  
mb. beszerzési csoportvezető

\_\_\_\_\_ ESET NOD32 Antivirus - Vírusdefiníciós adatbázis: 12059 (20150807) \_\_\_\_\_

Az üzenetet az ESET NOD32 Antivirus ellenőrizte.

<http://www.eset.hu>

\_\_\_\_\_ ESET NOD32 Antivirus - Vírusdefiníciós adatbázis: 12063 (20150808) \_\_\_\_\_

Az üzenetet az ESET NOD32 Antivirus ellenőrizte.

<http://www.eset.hu>