



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI  
KÖZPONTI KÓRHÁZ  
ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ  
3 5 2 6 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.  
Tel.: (46) 515-200, Fax: (46) 323-694  
E-mail: igazgato@bkeok.hu

*Valamennyi Gazdasági szereplő/Ajánlattevő  
részére*

Dátum:	Miskolc, 2017. augusztus 21.
Iktatószám:	Ig. 1229-2/20017.
Ügyintéző:	Beszerezés/Ané
Tárgy:	Kiegészítő tájékoztatás kérés
Melléklet:	

***Tisztelt Gazdasági szereplő/Ajánlattevő!***

Hivatkozással a KÉ-9617/2017., 2017/S 137-280770 számon megjelent, „***Aorta stent-graftok beszerzése (a 6. és 7. rész esetében konszignációs kihelyezéssel)***” tárgyú közbeszerzési eljárás során feltett kiegészítő tájékoztatás kérésre, Ajánlatkérő a Kbt. 56. § szerint adja meg választát.

A Gazdasági szereplő/Ajánlattevő által megfogalmazott kérdések és Ajánlatkérő válaszai:

**Kérdés:**

„1. Jól értelmezi-e érdeklődő gazdasági szereplő, hogy Ajánlatkérő a 4. rész esetében a trans-renalis fixáció alatt a suprarenális fixációt érti?

2. Jól értelmezi-e érdeklődő gazdasági szereplő, hogy a mérettartományok szélső értékeit jelölő méretekben is elérhetőnek kell lennie a megajánlott terméknek?

Például a 4. rész műszaki specifikációjának esetében Ajánlatkérő a megajánlott termékkel szemben (részben) az alábbi követelményt támasztja:

„Méretválaszték:

Proximális rész (főtest): proximális átmérő 23-36 mm között legalább 3 méret, ipsilaterális átmérő 10-19 mm közötti legalább 3 méret, fedett hosszúságú 13-17 cm között legalább 3 méret.”


Jól értelmezi-e érdeklődő gazdasági szereplő, hogy a megajánlott termék méretválasztékában a proximális átmérő elérhető legyen 23 mm-es és 36 mm-es átmérőben is?”

**Válasz:**

**A válasz mindkét feltett kérdésre: Igen.**

Jelen kiegészítő tájékoztatás valamennyi érdeklődését jelző Gazdasági szereplő részére megküldésre kerül.

***Tisztelettel:***



*dr. Tibor Sándor*  
főigazgató