


Tisztelt Ajánlattevő!

Hivatkozással a KÉ-23060-2015. és a 2015/S 223-405943 számon megjelent " Adásvételi szerződés - Orvostechnikai berendezések szállítására, telepítésére a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban" tárgyú közbeszerzési eljárásra, továbbá 2015. november 27. napján kiküldött második kiegészítő tájékoztatásra, ezúton tájékoztatom, hogy a 18. kérdés válaszában elírás történt, helyesen:

„Ajánlatkérő elfogadja a minimum 4-20 Hgmm nyomástartományt egyenértékű megoldásként.”

Tisztelettel:


Czaga János András
mb. beszerzési csoportvezető

B.-A.-Z. MEGYEI KÖRHAZ ÉS
EGYETEMI OKTATÓ KÖRHAZ
Beszerzési és Árvégyszaki Osztály
Beszerzési Csoport
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
Tel.: (46) 515-264, Fax.: (46) 320-409