



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KÓRHÁZ
ÉS EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ

Beszerzési Csoport

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.

☎ 46/515-264 Fax: 46/320-409

✉ czaga.beszir@bazmkorhaz.hu



Valamennyi Potenciális
Ajánlattevő részére

Miskolc, 2017-01-05
Ikt.sz.: 2011-2/2017.

Székhelyén

Tisztelt Ajánlattevők!

Hivatkozással az 2016/S 231-420550, KÉ-13742/2016. számon megindított „Varrógépek, táruk beszerzése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére konzignációs raktár üzemeltetésével” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban az eljárás során feltett kérdésekre, Ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg válaszát, a Kbt. 56. § alapján.

A potenciális ajánlattevők által megfogalmazott kérdések, és Ajánlatkérő által megadott válaszok:

1. **Referencia**

- A referenciaszállításokat az adott részben megajánlott termékkel azonos termékre vonatkozóan kell benyújtatunk, amelyet a megajánlott kódszám referencián történő feltüntetésével is igazolunk, vagy elegendő, ha a referenciaként szállított termék az ajánlati felhívás III.2.3 Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M1. pontjában a közbeszerzés tárgyaként részenként meghatározott termékcsoporthoz tartozik függetlenül attól, hogy a jelen eljárás keretében az adott terméket megajánlottuk-e.

Válasz: A referenciaigazolások kapcsán elegendő, ha a referenciaként szállított termék az ajánlati felhívás III.2.3 Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M1. pontjában a közbeszerzés tárgyaként részenként meghatározott termékcsoporthoz tartozik függetlenül attól, hogy a jelen eljárás keretében az adott terméket/termékeket ajánlattevő megajánlja-e.

2. **Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (ESPD)**

- Megfelelünk-e a követelményeknek, ha az ajánlatunk részeként csak 1 darab Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot csatolunk, amelynek a vonatkozó pontjában (II. rész A pont utolsó kérdése) felsoroljuk valamennyi általunk megajánlott részajánlati kör számát?

Válasz: Igen, elegendő 1 db Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot csatolása (amennyiben ajánlattevő több termékcsoportra is nyújt be ajánlatot nem szükséges termékcsoportonként EESD kitöltése).

- Helyesen értelmezzük-e, hogy tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 2§ (5) bekezdésére hivatkozva mind a gazdasági és pénzügyi, mind műszaki, illetve szakmai alkalmasság előírásánál jelezte, hogy elfogadja az egyszerű nyilatkozat benyújtását, az EEKD IV. „Kiválasztási szempontok” részében elegendő a a szakasz kitöltése anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene tölteni?

Válasz: Igen, ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot és ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell a formanyomtatványban feltüntetni - hivatkozással fenti

kormányrendeletre-, így az EEKD IV. „Kiválasztási szempontok” részében elegendő a **a** szakasz kitöltése.

3. Fizetési határidő

- Helyesen értelmezzük-e, hogy az ajánlatkérő által kért fizetési határidő az ajánlati felhívás VI.3) 7. pontjában rögzített 60 nap, a szerződéstervezetben csak tévesen szerepel a 30 napos fizetési határidő?

Válasz: A fizetési határidőre vonatkozóan az AF VI.3) 7. pontjában rögzített 60 nap az irányadó, a szerződéstervezetben adminisztrációs hiba miatt maradt 30 nap, viszont tekintettel azon tényre, hogy a közbeszerzési eljárás során az AF-ben foglaltak az irányadók, így kérjük, a szerződéstervezetben szereplő 30 napos fizetési határidőt semmisnek tekinteni, és az AF-ben foglalt 60 napos fizetési határidőt alapul venni.

4. Ajánlati ártáblázat

A Közbeszerzési dokumentum 17-18. oldalán, az ajánlattal szemben támasztott tartalmi követelmények pontban nem szerepel ajánlati ártáblázat előírása.

- Ajánlatkérő igényli-e az ajánlatunk részeként tételenkénti ajánlati ártáblázat csatolását?
- Amennyiben igen, úgy megfelelünk-e, ha a szerződéstervezet 2. számú mellékleteként csatolt „részletező ártáblázat a nyert tételekre vonatkozóan” táblázat alapján készítjük el az ajánlati ártáblázatot?

Válasz: Igen, Ajánlatkérő kéri a szerződéstervezet 2. számú mellékleteként csatolt „részletező ártáblázat a nyert tételekre vonatkozóan” táblázat kitöltését valamennyi megajánlott termék kapcsán, mely dokumentum megfelel ajánlati ártáblázatnak.

5. Gyártói termékismertető prospektus

Az ajánlatkérő az ajánlati felhívás VI.3) 4. pontjában kéri gyártói termékismertetői prospektus csatolását, amelyből megállapítható, hogy a megajánlott eszközök megfelelnek a műszaki specifikációban szereplő előírásoknak és megajánlásoknak.

- Megfelelünk-e a követelményeknek, ha a megajánlott termék kizárólagos magyarországi forgalmazója által kiadott és aláírt termékismertető prospektust csatolunk?
- Helyesen értelmezzük-e, hogy mivel a prospektus benyújtása nem az alkalmassági követelmények között került előírásra, ezért az ajánlatunk részeként kell csatolni (annak ellenére, hogy nem szerepelt a csatolandó dokumentumok felsorolásában a közbeszerzési dokumentum 17-18. oldalán az ajánlattal szemben támasztott tartalmi követelmények pontban)

Válasz: A gyártói termékismertető prospektus vagy termékleírás alkalmassági követelmény, melyet az ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pontja is előír. Ennél fogva ajánlattevőnek az ajánlata benyújtása során arról nyilatkoznia kell a megajánlott eszközök megfelelőségéről az EEKD-ben. Amennyiben ajánlatkérő felhívja ajánlattevőt a dokumentum benyújtására, úgy elegendő, ha ajánlattevő megajánlott termék kizárólagos magyarországi forgalmazója által kiadott és aláírt termékismertető prospektust csatolja, amennyiben azt az eredetileg benyújtott ajánlatába nem csatolta.

6. A készülékkel szemben támasztott követelmények/Ajánlott paraméterek

Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentum 68-75. oldalaiént kiadott egy „A készülékkel szemben támasztott követelmények/Ajánlott paraméterek” című táblázatot, amelyben külön oszlop szolgál az ajánlott paramétereknek, illetve annak beírására, hogy az adott paraméter az ajánlat hányadik oldalán található.

- Helyesen értelmezzük-e, hogy **ezt a táblázatot is csatolnunk kell az ajánlatunkhoz** (annak ellenére, hogy nem szerepelt a csatolandó dokumentumok felsorolásában)

Válasz: Igen, ajánlatkérő kéri a fent megnevezett táblázat kitöltését, illetve csatolását.

- Helyesen értelmezzük-e, hogy (tekintettel arra, hogy a műszaki specifikáció előírja, hogy az a I.II. és III. részekben ajánlott termékek kapcsolóösszetétele titánium alloi ötvözet) **Ajánlatkérő a táblázatban a I.II. és III. részekben feltüntetett „titánium kapocs” követelményen titánium ötvözetet ért**, és az ajánlott paraméter oszlopban is ezt kéri feltüntetni.

Válasz: Igen, Ajánlatkérő a táblázatban a I.II. és III. részekben feltüntetett „titánium kapocs” követelményen titánium ötvözetet ért.

- A specifikációban valamennyi megajánlott termékre vonatkozóan **előírt MRI kompatibilitás a készülékkel szemben támasztott követelmények táblázatban nem szerepel**. Ki kell egészítenünk a táblázatot erre az információval, vagy elegendő, ha a termékleírásban tüntetjük fel, hogy az ajánlott termék MRI kompatibilis?

Válasz: Igen, elegendő ha a termékleírás tartalmazza az MRI kompatibilitás tulajdonságát, azonban mivel a specifikáció tartalmazza az ennek való megfelelést, mint minimum követelményt, így ezen tulajdonságnak a megajánlott terméknek meg kell felelnie.

7. Termékleírás

Az ajánlati felhívás III.2.3 Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M2. pontjában szereplő előírás szerint olyan termékleírást kell csatolnunk, amelyből egyértelműen kiderül, hogy a termék mindenben megfelel a II.2.4) pontokban és a Közbeszerzési Dokumentációban a „Szakmai feltételrendszerben/Részletes specifikációban” leírtaknak.

- Amennyiben már az ajánlatunk részeként csatoljuk a termékleírást, úgy az Ajánlatkérő Kbt. 69.§ szerinti felhívásának termékleírásra vonatkozó pontja tekintetében elegendő-e majd azt nyilatkoznunk, hogy a fenti táblázatot az ajánlatunk részeként már csatoltuk?

Válasz: Hivatkozással a Kbt. 69.§ (4) bekezdésére, amennyiben az ajánlattevő már az ajánlatához csatolja a termékleírást (az alkalmassági követelményekhez szükséges, részletes alkalmassági követelményeket az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza), az igazolások benyújtására történő felhíváskor ajánlatkérő elfogadja ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy azt már az ajánlatába becsatolta.

- Megfelel-e az ajánlati felhívás III.2.3. szerinti termékleírás követelménynek az Ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentáció 68-75. oldalaiként kiadott „A készülékkel szemben támasztott követelmények/Ajánlott paraméterek” táblázat kitöltése?

Válasz: Az ajánlati felhívás III. 1.3. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság /az alkalmasság minimumkövetelményei M2. pontja szerint alkalmatlan az ajánlattevő ha „nem csatol az ajánlatához olyan termékleírást, amelyből egyértelműen kiderül, hogy a termék mindenben megfelel a II.2.4) pontokban és a Közbeszerzési Dokumentációban a „Szakmai feltételrendszerben/ Részletes specifikációban” leírt kívánalmaknak.

Termékleírás alatt ajánlatkérő az ajánlati felhívás VI. 4) pontjában foglaltakat érti, tehát mind a Közbeszerzési Dokumentum 68-75. oldalain található táblázatot mind a termékleírást/ gyártói termékismertető prospektust be kell csatolni (természetesen a megajánlott termékek vonatkozásában).

8. **IV. részajánlati kör 2. tétele**

Az Ajánlatkérő által a IV.2. tételsoron beszerezni kívánt vágó-varrógéptárra vonatkozóan dokumentációban részét képező specifikáció, illetve „Készülékkel szemben támasztott követelmények/ajánlott paraméterek” című táblázat megnevezés oszlopában „Tár **vastag** szövetre endoszkópos vágóvarrógéphez” előírás szerepel, ugyanakkor a Szakmai feltételrendszer/Részletes specifikáció oszlopban **középvastag** szövetre való varrógéptár szerepel, amelynek a nyitott kapcsolábmagassága 3,8 mm, a zárt kapcsolábmagassága 1,8 mm.

- Helyesen értelmezzük-e, hogy Ajánlatkérő a IV.2 tételsoron a részletes specifikációban előírt feltételeknek megfelelő terméket, azaz 3,8mm nyitott kapcsolábmagasságú, 1,8mm zárt kapcsolábmagasságú, **KÖZÉP-VASTAG SZÖVETRE** való vágó-varrógéptárat kíván beszerezni?

Válasz: Igen, Ajánlatkérő a IV.2 tételsoron a részletes specifikációban előírt feltételeknek megfelelő terméket kíván beszerezni, melynek paraméterei:

„Endoszkópos vágó varrógép tár 6 sor 60 mm-es varrathosszal, közép-vastag szövethez, nyitott kapcsoláb 3,8mm, zárt kapocs 1,8mm, 12mm trokár”

Ezen kiegészítő tájékoztatás-kérésre adott válaszuk valamennyi ajánlattételre felhívást kapott gazdasági társaság részére egyidejűleg megküldésre kerül.

Tisztelettel


Czaga János András
beszerzési csoportvezető

B.-A.-Z. HUNGÁRIA ÉRTÉKESÍTŐ ÉS
KÖZVETELŐ KFT.
Beszerzési és Végrehajtási Igazgatóság
Bécsi úti Központ
3526 Miskolc, 50. emelet, 72-76.
Tel.: (46) 515-264, Fax: (46) 320-409