



CSILLAGPONT

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KÓRHÁZ
ÉS EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ

BESZERZÉSI CSOPORT

Czaga János András, csoportvezető

**Valamennyi Potenciális
Ajánlattevő részére**

Miskolc, 2017-02-20
Ikt.sz.: 2011-2-1/2017.

Székhelyén

Tisztelt Ajánlattevők!

Hivatkozással az 2016/S 231-420550, KÉ-13742/2016. számon megindított, KÉ-576/2017. és KÉ-1878/2017. számon módosított, „*Varrógépek, táruk beszerzése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére konszignációs raktár üzemeltetésével*” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban az eljárás során feltett kérdésekre, Ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg válaszát, a Kbt. 56. § alapján.

A potenciális Ajánlattevők által megfogalmazott kérdések, és Ajánlatkérő által megadott válaszok:

1. kérdés: Ajánlatkérő az I/1. tételben 25mm-es átmérőjű, 35cm-es szárhosszú terméket kér.
Kérdésünk: Ajánlatkérő elfogad-e 24mm-es átmérőjű, 18,5cm-es szárhosszú terméket?

Válasz: Nem. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentációban (és a Módosított Közbeszerzési Dokumentumban) az e) pont „Specifikáció” rész alatt, I. csoport: Gastrectomia, I/1. kódú tétel 'Megnevezés' valamint 'Szakmai feltételrendszer/ Részletes specifikáció'-ban továbbá 'A KÉSZÜLÉKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK/AJÁNLOTT PARAMÉTEREK' táblázatban részletezettek szerint, 25mm átmérővel, 35 cm szárhosszal fogad el billenőfejes körvarrógépre ajánlatot.

2. kérdés: Ajánlatkérő az I/1. tételben 25mm-es átmérőjű, 35cm-es szárhosszú terméket kér.
Kérdésünk: Ajánlatkérő elfogad-e 26mm-es átmérőjű, 18,5cm-es szárhosszú terméket?

Válasz: Nem. Lásd az 1. kérdésre adott választ.

3. kérdés: Ajánlatkérő az III/1. tétel Részletes specifikációjaként 4,9-5,1 mm közötti nyitott kapocsláb magasságot jelölt meg. Kérdésünk: Ajánlatkérő elfogad-e 4,8mm-es nyitott kapocsláb magasságot?

Válasz: Nem. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentációban (és a Módosított Közbeszerzési Dokumentumban) az e) pont „Specifikáció” rész alatt, III. csoport: Nyitott rectum, III/1. kódú tétel 'Megnevezés' valamint 'Szakmai feltételrendszer/ Részletes specifikáció'-ban, továbbá 'A KÉSZÜLÉKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK/AJÁNLOTT PARAMÉTEREK' táblázatban részletezettek szerint, 4,9-5,1 mm közötti nyitott kapocsláb magasságú, hajlított körvarrógépre fogad el ajánlatot.



3526 Miskolc,
Szentpéteri kapu 72-76.



+36 46 515 264



czaga.beszir@bazmkorhaz.hu





CSILLAGPONT

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLEN MEGYEI KÖRHÁZ
ÉS EGYETEMI OKTATÓ KÖRHÁZ

BESZERZÉSI CSOPORT

Czaga János András, csoportvezető

4. kérdés: Ajánlatkérő az III/1. tétel Részletes specifikációjaként 24,5-25,5mm fejtátmérőt jelölt meg. Kérdésünk: Ajánlatkérő elfogad-e 26mm-es fejtátmérőjű terméket?

Válasz: Nem. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentációban (és a Módosított Közbeszerzési Dokumentumban) az e) pont „Specifikáció” rész alatt, III. csoport: Nyitott rectum, III/1. kódú tétel 'Megnevezés' valamint 'Szakmai feltételrendszer/ Részletes specifikáció'-ban, továbbá 'A KÉSZÜLÉKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK/AJÁNLOTT PARAMÉTEREK' táblázatban részletezettek szerint, 24,5-25,5mm fejtátmérőjű hajlított körvarrógépre fogad el ajánlatot.

5. kérdés: Ajánlatkérő az III/2. tétel Részletes specifikációjaként 28-28,5mm fejtátmérőt jelölt meg. Kérdésünk: Ajánlatkérő elfogad-e 29mm-es fejtátmérőjű terméket?

Válasz: Nem. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentációban (és a Módosított Közbeszerzési Dokumentumban) az e) pont „Specifikáció” rész alatt, III. csoport: Nyitott rectum, III/2. kódú tétel 'Megnevezés' valamint 'Szakmai feltételrendszer/ Részletes specifikáció'-ban, továbbá 'A KÉSZÜLÉKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK/AJÁNLOTT PARAMÉTEREK' táblázatban részletezettek szerint, 28-28,5 mm fejtátmérőjű hajlított körvarrógépre fogad el ajánlatot.

6. kérdés: Ajánlatkérő az III/2. tétel Részletes specifikációjaként 5,0-5,5mm közötti nyitott kapcsoláb magasságot jelölt meg. Kérdésünk: Ajánlatkérő elfogad-e 4,8mm-es nyitott kapcsoláb magasságot?

Válasz: Nem. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentációban (és a Módosított Közbeszerzési Dokumentumban) az e) pont „Specifikáció” rész alatt, III. csoport: Nyitott rectum, III/2. kódú tétel 'Megnevezés' valamint 'Szakmai feltételrendszer/ Részletes specifikáció'-ban, továbbá 'A KÉSZÜLÉKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK/AJÁNLOTT PARAMÉTEREK' táblázatban részletezettek szerint, 5,0-5,5mm közötti nyitott kapcsoláb magasságú hajlított körvarrógépre fogad el ajánlatot.

7. kérdés: Ajánlatkérő az III/2. tétel Részletes specifikációjaként „fix lapos levehető fej”-et jelölt meg. Kérdésünk: Ajánlatkérő elfogad-e lapos, billenőfejes terméket?

Válasz: A közbeszerzési dokumentációban a specifikáció módosításra került.

A III/2-es tétel esetében a specifikáció a következő:

Hajlított körvarrógép, lapos levehető fejjel, állítható szövetvastagsággal, 5,0-5,5mm nyitott kapcsolákkal, 28-28,5mm fej átmérővel, 20,0-20,2mm kés átmérővel, legalább 24 darab kör/téglalap keresztmetszetű titánium kapcsolással.

Igen, Ajánlatkérő elfogad lapos, billenőfejes terméket, amennyiben a fentebb részletezett paramétereket az maradéktalanul teljesíti.

8. kérdés: Ajánlatkérő az III/3. tétel Részletes specifikációjaként „fix lapos levehető fej”-et jelölt meg. Kérdésünk: Ajánlatkérő elfogad-e lapos, billenőfejes terméket?

Válasz: A közbeszerzési dokumentációban a specifikáció módosításra került.

A III/3-es tétel esetében a specifikáció a következő:



3526 Miskolc,
Szentpéteri kapu 72-76.



+36 46 515 264



czaga.beszir@bazmkorhaz.hu





CSILLAGPONT

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLEN MEGYEI KÓRHÁZ
ÉS EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ

BESZERZÉSI CSOPORT

Czaga János András, csoportvezető

Hajlított körvarrógép, lapos levehető fejjel, állítható szövetvastagsággal, 5,0-5,5mm nyitott kapocslábbal, 32-33mm fej átmérővel, 23,8-24,2mm kés átmérővel, 28-32 darab kör/téglalap keresztmetszetű titánium kapoccsal
Igen, Ajánlatkérő elfogad lapos, billenőfejes terméket, amennyiben a fentebb részletezett paramétereket az maradéktalanul teljesíti.

9. kérdés: Ajánlatkérő az III/4. tétel Részletes specifikációjaként „téglalap formájú kapocstechnológia”-t jelölt meg. Kérdésünk: Ajánlatkérő elfogad-e kör keresztmetszetű kapcsolót?

Válasz: A közbeszerzési dokumentációban a specifikáció módosításra került.

A III/4-es tétel esetében a specifikáció a következő:

Egyenes varrógép 45-46 mm varrathosszal, 4,5 - 4,8 mm nyitott kapocsláb.
Egyenes, egykezes, egyszerhasználatos, újratölthető varrógép 45-46 mm varrathosszal, 4,5 - 4.8mm, 2 sor titánium kapoccsal vastag szövetre, 7X újratölthető, 8X elsüthető, zárt kapocslábmagasság 2.0mm

Igen, Ajánlatkérő elfogad kör keresztmetszetű kapcsolót, amennyiben a termék a fentebb részletezett paramétereket az maradéktalanul teljesíti.

10. kérdés: Ajánlatkérő az III/5. tétel Részletes specifikációjaként „téglalap formájú kapocstechnológia”-t jelölt meg. Kérdésünk: Ajánlatkérő elfogad-e kör keresztmetszetű kapcsolót?

Válasz: A közbeszerzési dokumentációban a specifikáció módosításra került.


A III/5-es tétel esetében a specifikáció a következő:

Egyszerhasználatos egyenes varrógép töltet 45-46mm varrathosszal, 4,5 - 4.8mm, 2 sor titánium kapoccsal vastag szövetre, zárt kapocslábmagasság 2.0mm

Igen, Ajánlatkérő elfogad kör keresztmetszetű kapcsolót, amennyiben a termék a fentebb részletezett paramétereket az maradéktalanul teljesíti.

Ezen kiegészítő tájékoztatás-kérésre adott válaszuk valamennyi ajánlattételre felhívást kapott gazdasági társaság részére egyidejűleg megküldésre kerül.

Tisztelettel


Czaga János András
beszerzési csoportvezető

B.-A.-Z. MEGYEI KÓRHÁZ ÉS
EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ
Beszerzési és Ágyparadikédségi Osztály
Beszerzési Csoport
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
Tel.: (46) 515-264, Fax.: (46) 320-409



3526 Miskolc,
Szentpéteri kapu 72-76.



+36 46 515 264



czaga.beszir@bazmkorhaz.hu

