

7. melléklet a 43/2016. (XII. 30.) MvM rendelethez

19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

## KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

### Összefoglaló tájékoztatás

A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.

Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek az eljárás iránt.

A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre.

## I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és cím(ek) <sup>1</sup> (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: <b>Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház</b>		
Postai cím: <b>Szentpéteri kapu 72-76.</b>		
Város: <b>Miskolc</b>	Postai irányítószám: <b>3526</b>	Ország: <b>MAGYARORSZÁG</b>

## I.2) Kommunikáció

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:

Az eljárás iránti érdeklődő gazdasági szereplők az érdeklődés jelzésre vonatkozó kérelmüket a Kbt. 41. §-ában foglalt jogszabályi előírásban foglaltakra tekintettel az alábbi elérhetőségek valamelyikére kell megküldeniük írásos formában:

B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

E-mail: [czaga.beszir@bazmkorhaz.hu](mailto:czaga.beszir@bazmkorhaz.hu);

Tel.: 36 46 515 207;

Postacím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.

Főépület, 1. emelet 317. iroda, Beszerzés eljárási és közbeszerzési előkészítő csoport

A gazdasági szereplő érdeklődésének a IV.1.1.) pontban írt határidőig meg kell érkeznie a fentebb meghatározottak szerint, ellenkező esetben ajánlatkérő a felhívást nem küldi meg.

A kérelemnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

- az érdeklődő gazdasági társaság cégnevét,
- székhelyét,
- kapcsolattartóját,
- elektronikus levélcímét, melyre a közbeszerzési dokumentumok megküldését kéri
- telefon-, és faxszámát.

Kérjük a kérelemben tüntessék fel jelen összefoglaló tájékoztató tárgyát is.

## II. szakasz: Tárgy

### II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződés típusa  Építési beruházás  Árubeszerzés  Szolgáltatásmegrendelés

4

**II.1.2) A szerződés tárgya:**

EFOP-2.2.20-17-2017-00020 Diagnosztikai ultrahang készülékek beszerzése a BAZ Megyei Központi Kórházban projekt keretében eszközbeszerzés

**II.1.3. A közbeszerzés mennyisége:**

Az eljárás során részajánlatok benyújthatóak az alábbiak szerint:

1. rész: 1 db emelt szintű kardiológiai ultrahang berendezés beszerzése adásvételi szerződés keretében
2. rész 1 db emelt szintű szülészeti-nőgyógyászati ultrahang berendezés szállítása és beüzemelése adásvételi szerződés keretében

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a beszerzendő eszközök helyszínre szállítása, össze-, be-, és felszerelése, és a használat betanítása, és az előzőek végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák elvégzése.

Betanításra vonatkozó információk: max. 10 fő oktatása min. 2 óra időtartamban.

A részletes műszak elvárásokat tartalmazó termék specifikációt az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza

Csak új termék ajánlható meg, használt eszköz, anyag és fogyóeszköz, alkatrész, utángyártott, felújított más ezzel egyenértékűen előállított termék nem, mert azt ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

**CPV kód:**

**Fő tárgy:** 33112200-0

**II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje**

Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [60]

vagy a teljesítés határideje: szerződés aláírásától számított 60 napon belül

**II.1.5) A teljesítés helye:** Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.

### III. szakasz: Értékelési szempontok

#### III.1.1) Értékelési szempontok:

##### x Az alábbi értékelési szempontok

##### x Minőségi szempont

##### **1. rész esetében:**

1. Jótállás időtartama (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva hónapokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: 12 hónap, legkedvezőbb szintje: 36 hónap kettő között egyenes arányosítás, súlyszám: 5
2. Rendszer dinamika tartomány min. 200 dB Előny a több, min. 200 dB max. 300 dB , Bíráló arányosítással, súlyszám: 6
3. B-mód maximális képváltási frekvencia min. 1000 kép / mp  
>= 1000 kép/mp - < 1500 kép/mp = 5 pont, >=1500 kép/mp = 10 pont Súlyszám: 2
4. Color Doppler mód maximális képváltási frekvencia min. 500 kép / mp ,  
500 kép/mp = 1 pont ; > 500 kép/mp-< 600 kép/mp = 5pont ; >=600 kép/mp = 10 pont , súlyszám:2
5. Phased array vizsgálófej TTE: Kristályok száma a vizsgálófejben min. 64 db Előny a több! min. 64 db max. 350 db Bíráló arányosítással, súlyszám:7
6. Phased array vizsgálófej TTE: Látószög min. 90 fok Előny a nagyobb látószög!  
90 fok = 1 pont; >90 fok - <120fok = 5 pont ; >= 120 fok= 10 pont súlyszám: 2
7. Phased array vizsgálófej TTE : mátrix vizsgálófej technológia a TTE vizsgálófejben  
Megléte előny! Igen 10 pont, Nem 1 pont súlyszám: 5
8. Phased array vizsgálófej 3D/4D TEE Megléte előny!, Igen 10 pont, Nem 1 pont, Súlyszám:7
9. Automatikus Doppler-mérések (min. LVOT Vmax, LVOT Trace, AV Vmax, AV Trace, E/A Velocity) Megléte előny!, Igen 10 pont, Nem 1 pont Súlyszám: 4

##### **2. rész esetében:**

1. Jótállás időtartama (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva hónapokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: 12 hónap, legkedvezőbb szintje: 36 hónap, kettő között egyenes arányosítás Súlyszám: 5
2. kompatibilis a meglévő PVT-375BT (hasi) és PVT-661VT (hüvelyi) vizsgáló fejekkel, Előny a megléte, nem = 1 pont, igen = 10 pont, Súlyszám: 6
3. A rendszerszoftver futtatása SSD-ről történik Előny a megléte, nem = 1 pont, igen = 10 pont, Súlyszám: 6
4. Bekapcsolási idő teljesen kikapcsolt állapotból max. 120 mp. Igen, kérjük megadni! Előny a kevesebb!, max. 120 mp, min. 60 mp, pontozás fordított arányosítással, Súlyszám: 5
5. Kiterjesztett sáv szélességű THI: a készülék használja fel a 2D képalkotáshoz a felharmonikus mellett a felharmonikus jelek frekvenciatartománya alatti frekvenciájú echó összetevőket is (min. HdTHI, Differential THI), adja meg az üzemmód nevét, Előny a megléte! nem = 1 pont, igen = 10 pont, Súlyszám: 5
6. 5D technológia (3D felvételek valós 3D megjelenítése 3D televízió 3D szemüveggel és automatizált műveletekkel felfejlesztett 3D biometria), Kérjük megadni! Előny a megléte., Nem = 1 pont , Igen = 10 pont , Súlyszám: 1

7. 4D konvex vizsgálófej, Frekvencia tartomány min 2,0 - 6,0 MHz, Igen, kérjük megadni, előny a szélesebb frekvencia tartomány (frekvencia tartomány=felső határfrekvencia – alsó határfrekvencia) 4MHz=1pont, >4MHz - <6MHz=5 pont, >= 6MHz =10 pont, Súlyszám: 2
8. Homogén egykristályos technológia a 4D konvex vizsgálófejben. Kérjük megadni, előny a megléte Nem=1 pont Igen=10 pont, Súlyszám: 2
9. 2D mikrokonvex hüvelyi vizsgálófej, Kezelő által beállítható, monitoron megjelenő frekvenciatartomány min 4,0 - 9,0 MHz. Igen, kérjük megadni, előny a nagyobb frekvencia tartomány (frekvencia tartomány=felső határfrekvencia – alsó határfrekvencia) 5MHz=1pont, >5MHz - <9MHz=5 pont , >= 9MHz =10 pont Súlyszám:2
10. Látómező szélessége min. 150 fok Igen, kérjük megadni, előny a nagyobb látószög 170 fok = 1 pont ; >170 fok - <210 fok = 5 pont; ≥210 fok = 10 pont, Súlyszám:2
11. 3D NT mérés a mid-sagittális sík automatikus beforgatásával Kérjük megadni, előny a megléte Nem=1 pont Igen=10 pont, Súlyszám: 2
12. 3D magzati központi idegrendszer program (fő vizsgálati síkok navigációs programja és biometriája) Kérjük megadni, előny a megléte Nem=1 pont Igen=10 pont Súlyszám:2

Megnevezés: / Súlyszám:<sup>1 2 3</sup>

o Költség szempont - Megnevezés: / Súlyszám:<sup>1 3</sup>

**x Ár szempont - Megnevezés: Nettó ajánlati ár (előny a kisebb, mindkét rész esetén); Súlyszám: 60**

## IV. szakasz: Jogi információ

### IV.1) Részvételi feltételek

#### IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): <sup>2</sup>

**Műszaki-, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelmény:**

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben, 36 hónapban az alábbi szerződés szerűen teljesített referenciával:

összesen, egy vagy több szerződésből származó

1. rész esetében: összesen legalább 1 db kardiológiai ultrahang készülék szállítására vonatkozó szerződés szerűen teljesített referenciával,

2. rész esetében: legalább 1 db szülészeti-nőgyógyászati ultrahang készülék szállítására vonatkozó szerződés szerűen teljesített referenciával

A jelen pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés egy vagy több, a közbeszerzés tárgya szerinti szerződés bemutatásával is igazolható, vagyis a kért mennyiség/érték több referencia összmennyiségével/értékével is teljesíthető.

Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy annak időbeli hatálya az eljárást megindító felhívás feladásáig még nem járt le, úgy Ajánlatkérő a vizsgált

időintervallumon belül teljesített szállítás(ok)ra vonatkozó teljesített mennyiséget/értéket veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során.

Ajánlatkérő csak azokat a szerződéseket fogadja el az előírt időszakon belül teljesítettnek, melyek befejezési dátuma a felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven (36 hónapon) belül esik és maximum 6 éven belül megkezdett. Amennyiben a bemutatni kívánt korábbi teljesítés osztható, úgy az M1. alkalmassági követelmények tekintetében elfogadható, ha a bemutatásra kerülő megosztott rész befejező időpontja esik a vizsgált időszakra. Ilyen esetben értelemszerűen a bemutatásra kerülő megosztott résznek kell megfelelnie az M1. alkalmassági követelmények keretében előírt egyéb feltételeknek is.

#### IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk <sup>2</sup>

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

#### IV.1.3.) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:

Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza jelen eljárás esetében (valamennyi rész vonatkozásában).

## V. szakasz: Eljárás

### V.1) Adminisztratív információk

#### IV.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje

Dátum: 2018. március 1. Helyi idő: 10:00 óra

## VI. szakasz: Kiegészítő információk

### VI.1) További információk:

VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az I.2) pontban megadott címen az V.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.

VI.1.2) További információk: <sup>2</sup> Az összefoglaló tájékoztatásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. 113. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadóak.


### VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: 2018. február 21.

<sup>1</sup> szükség szerinti számban ismételve meg

<sup>2</sup> adott esetben

<sup>3</sup> súlyszám helyett fontosság is megadható

<sup>4</sup> súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges"



Handwritten signature or initials.