



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KÖZPONTI KÓRHÁZ
ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ
3 5 2 6 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
Tel.: (46) 515-200, Fax: (46) 323-694
E-mail: igazgato@bkeok.hu

**Valamennyi Ajánlattevő
részére**

Dátum:	Miskolc, 2018. május 22.
Iktatószám:	KB.22- 13 2018.
Ügyintéző:	Czaga/Ambrusné
Tárgy:	Válasz – előzetes vitarendezési eljárás kezdeményezésére
Melléklet:	

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház ajánlatkérő által 2018. március 22. napján feladásra került KÉ4478/2018., illetve 2018/S 059-129867. számon megjelent, KÉ-7345/2018., 2018/S 089-199776 számon módosított „*Sérvháló és kapocsrakó beszerzése*” tárgy közösségi, nyílt közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint tájékoztatom.

A Kérelmező 2018. május 18. napján előzetes vitarendezési kérelmet juttatott el Ajánlatkérő részére, melyre Ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg választát:

Vitarendezési kérelem része:

„1) Cégünk korábban a VII. rész tekintetében az Automata bőrkapocsrakó termékre vonatkozóan kérdést tett fel: a 3,9 mm-es magasságra Ajánlatkérő elfogadja-e a 4,2 mm-es magasságot egyenértékűnek.

A válasz nemleges volt. Cégünk több éves tapasztalattal, szakmai ismerttel és forgalmazási referenciával rendelkezik bőrkapcsosók értékesítése terén. Szakmai megközelítés alapján, a kiírástól eltérő, általunk ajánlandó magasabb kapocsmagasság vastagabb szövetet is képes átölelni, így nem értjük, hogy válaszuk miért lett nemleges.

Jogsértőnek tartott eljárási cselekmény, dokumentum: jogsértő Ajánlatkérő műszaki leírásának meghatározása a VII. rész „Automata bőrkapocsrakó” tételnél a 3,9 mm-es előírás, illetve az, hogy Ajánlatkérő ettől nem enged eltérést.

Kérelmező javaslata, észrevétele: Javasoljuk az előírást úgy módosítani, hogy megfelelő legyen a 3,9 – 4,2 mm-es kapocsmagasság, vagy javasoljuk az előírás törlését, vagy javasoljuk funkcionális elvárások megfogalmazását.

Kérelmező álláspontját alátámasztó adatok, tényeket, hivatkozások:
Ajánlatkérő előírásához (3,9 mm-es kapocsmagasság) nem kapcsolódik funkcionális tulajdonság, amely alapján pl. egy 3,9 mm-es kapocsmagasságú termék bármely szempontból jobb lenne, mint egy 4,2 mm-es kapocsmagasságú.

Így az előírás azt eredményezi, hogy műszaki többlet teljesítmény nélkül egyes gyártó termékével lehetséges ajánlatot tenni, míg a versenytársak termékével nem, holott az előnyben részesített gyártó terméke nem bír jobb tulajdonságokkal, mint a kizárt gyártók termékei.

A 321/2015 sz. Kormányrendelet 46. § (2) bekezdés szerint a közbeszerzési műszaki leírást funkcionális tulajdonságokra, vagy szabványokra hivatkozással kell meghatározni.

Kétséget kizáróan a kapocsmagasság előírása nem funkcionális tulajdonság, és nem is szabványra történő hivatkozás. Kérjük tegyék lehetővé, hogy az Ajánlatkérő funkcionális előírásait teljesítő termékekkel is legyen lehetőség pályázni.

Tisztelettel jelezzük, hogy a kiegészítő tájékoztatásban is az egyetlen ok, ami miatt ragaszkodnak az elváráshoz, hogy az elvárás törlése esetén nem maradna további szakmai előírás (kiüresednének az elvárások). Álláspontunk szerint csak azért ragaszkodni egy előíráshoz, hogy legalább egy előírás maradjon, az nem egyeztethető össze a Kbt. műszaki leírással kapcsolatos szabályaival.


Kérjük, a fent jelzett műszaki paraméterektől való eltérésüket!""

Ajánlatkérő válasza

A VII. Automata bőrkapocsrakó vonatkozásában Ajánlatkérő módosítja a Közbeszerzési dokumentum specifikációját úgy, hogy a kapocsmagasság 3,9 – 4,2 mm intervallum között kerüljön meghatározásra.

Ajánlatkérő a módosított Közbeszerzési dokumentumot valamennyi Ajánlattevő (gazdasági szereplő) rendelkezésére bocsátja.

Tisztelettel:


Csaga János András
beszerzési és közbeszerzési csoportvezető
felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó
OLAGA JÁNOS
FELELŐS AKKREDITÁLT
KÖZBESZERZÉSI SZAKTANÁCSADÓ
LAJSTRON SZÁM: 00468