



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLEN MEGYEI
KÖZPONTI KÓRHÁZ
ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ
3 5 2 6 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
Tel.: (46) 515-200, Fax: (46) 323-694
E-mail: igazgato@bkeok.hu

*Valamennyi Gazdasági szereplő/Ajánlattevő
részére*

Dátum:	Miskolc, 2018. 04. 27.
Iktatószám:	Kb.-22-5/2018.
Ügyintéző:	Beszerezés/Ané
Tárgy:	Kiegészítő tájékoztatás megadása, 2.- Sérvháló és kapocsrakó beszerzése
Melléklet:	

Tisztelt Gazdasági szereplő/Ajánlattevő!

Hivatkozással a KÉ-4478/2018., 2018/S 059-129867 számon megjelent, „**Sérvháló és kapocsrakó beszerzése**” tárgyú közbeszerzési eljárás során feltett kiegészítő tájékoztatás kérésre, Ajánlatkérő a Kbt. 56. § szerint adja meg válaszát.

A Gazdasági szereplő/Ajánlattevő által megfogalmazott kérdések és Ajánlatkérő válaszai:

1.Kérdés:

„A I. rész tekintetében a kiírás szerint 3-4 mm pórusméretre vonatkozóan kérdésünk az lenne, hogy a 2-4 mm pórusméretet elfogadják-e?”

Válasz:

Hivatkozással a 2018. 04. 19. dátummal kelt kiegészítő tájékoztatás megadása tárgyú levelünk 4. kérdésénél adott válasza: **„Jelen eljárás során Ajánlatkérő nem kíván eltérés lehetőségének biztosításával élni.”**

2.Kérdés:

„III. rész tekintetében a polypropylen alapanyagú 0,6 mm fonalvastagságra vonatkozóan kérdésünk az lenne, hogy +/- 10 % eltérést engedélyeznek-e, azaz 0,55 mm fonalvastagság elfogadható?”

Válasz:

Hivatkozással a 2018. 04. 19. dátummal kelt kiegészítő tájékoztatás megadása tárgyú levelünk 4. kérdésénél adott válasza: **„Jelen eljárás során Ajánlatkérő nem kíván eltérés lehetőségének biztosításával élni.”**

3.Kérdés:

„A VII. rész tekintetében kérjük definiálják az elvárásokat a „száraz film bevonat”, különösen a „száraz” és különösen a „film bevonat” kifejezések tekintetében, mert tudomásunk szerint a piacon jelenleg nem érhető el ilyen specifikációval rendelkező bőrkapocsrakó termék.”

Válasz:

Ajánlatkérő a „száraz” előírást törli a specifikációból, továbbá az alábbiak szerint részletezi a „film bevonat” paramétereit:

A kapocs felületén politetrafluor-etilén bevonat megléte szükséges, mely a kapocs eltávolítása esetén kiemelten fontos, mivel annak eltávolítása, ezen paraméter teljesülése esetén könnyebb és fájdalommentes a beteg számára.

4.Kérdés:


„A VII. rész tekintetében a kapocskilövő rugóra vonatkozóan kérdésünk, hogy a „továbbfejlesztett” kifejezést definiálják, illetve határozzák meg a továbbfejlesztésre vonatkozó minimum elvárásaikat.”


Válasz:

Ajánlatkérő törli a „Továbbfejlesztett kapocskilövő rúgó.” szövegrészt a specifikációból.

Jelen kiegészítő tájékoztatás valamennyi érdeklődését jelző Gazdasági szereplő részére megküldésre kerül és Ajánlatkérő honlapján is elérhető.

Tisztelettel:


Czaga János András
beszerzési és közbeszerzési csoportvezető
felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó


CZAGA JÁNOS ANDRÁS
FELELŐS AKKREDITÁLT
KÖZBESZERZÉSI SZAKTANÁCSADÓ
LAJSTROM SZÁM: 00468