



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLEN MEGYEI  
KÖZPONTI KÓRHÁZ  
ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ  
3 5 2 6 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.  
Tel.: (46) 515-200, Fax: (46) 323-694  
E-mail: igazgato@bkeok.hu

*Valamennyi Gazdasági szereplő/Ajánlattevő részére*

Dátum:	Miskolc, 2018. 05. 04.
Iktatószám:	Kb.-22-9/2018.
Ügyintéző:	Beszerezés/Ané
Tárgy:	Kiegészítő tájékoztatás megadása, 3.- Sérvháló és kapcsoló beszerzése
Melléklet:	

**Tisztelt Gazdasági szereplő/Ajánlattevő!**

Hivatkozással a KÉ-4478/2018., 2018/S 059-129867 számon megjelent, „**Sérvháló és kapcsoló beszerzése**” tárgyú közbeszerzési eljárás során feltett kiegészítő tájékoztatás kérésre, Ajánlatkérő a Kbt. 56. § szerint adja meg válaszát.

A Gazdasági szereplő/Ajánlattevő által megfogalmazott kérdések és Ajánlatkérő válaszai:

**1. kérdés:**

„Ajánlatkérő elfogad-e az „I. rész: Részben felszívódó sérvhálók” esetében polyglycapron alapanyag helyett polyglycolide- co-caprolactone alapanyagot, mely szintén felszívódó alapanyag, illetve a 3-4 mm pórusméret helyett 1,7-2 mm pórusméretet?”

**Válasz:**

Ajánlatkérő az alapanyag vonatkozásában elfogadja a kérdésben szereplő alapanyagot, amennyiben az az egyenértékűséget teljesíti (az egyenértékűség teljesítése alatt Ajánlatkérő a fonal szakítószilárdságát és felszívódási idejének teljesülését érti többek között).

A pórusméretre vonatkozóan Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket – az előző kiegészítő tájékoztatások és előzetes vitarendezési kérelmek válaszában foglaltakkal összhangban -, hogy az 1,7-2 mm pórusméretek megajánlása nem elfogadható, tekintettel arra, hogy ezen paraméter funkcionálisan kapcsolódik a termék alkalmazásához, mivel a nagyobb pórusméretbe a saját szövet növekedése könnyebb, mint a kisebb pórusméretbe. Így az 1,7-2 mm kicsinek mondható, ami a beteg gyógyulása vonatkozásában hátrányt jelent. A nagyobb pórusméretű termékek kapcsán kiemelt fontosságú a saját szövet hálóba történő benövése, mivel ezen termék nem kerül ki a beteg szervezetéből.

2. **kérdés:**

„Ajánlatkérő elfogad-e a „III. rész: Nem felszívódó sérvhálók” esetében 0,6 mm vastagság helyett 0,56 mm vastagságot?”

**Válasz:**

Ajánlatkérő előzetes vitarendezési kérelemben adott válaszában foglaltak alapján ezen paramétert módosítja a Közbeszerzési dokumentumban. Tehát a 0,56 mm vastagság elfogadható, mivel a módosítás szerinti 0,55-0,65 mm paraméter szerint elfogadható.

3. **kérdés:**


„Ajánlatkérő elfogad-e a „VIII. rész: Bőrkapcsoló” első sorában a kiírásban szereplő 6,4 mm kapcsol szélesség helyett 7 mm szélességet, illetve a második sorban az 5,6 mm szélesség helyett 5,4 mm szélességet és a 3,8 mm kapcsolmagasság helyett 3,6 mm magasságot?”

**Válasz:**

Ajánlatkérő a VIII. rész vonatkozásában a kérdésben szereplő módosításokat elfogadja, melynek megfelelően módosítja a Közbeszerzési dokumentumot.

**Ajánlatkérő ennek megfelelően a módosítja a Közbeszerzési dokumentumot, melyet a módosított ajánlati felhívás megjelenését megelőzően valamennyi Ajánlattevő (gazdasági szereplő) rendelkezésére bocsát.**

**Tisztelettel:**

  
**Czaga János András**  
beszerzési és közbeszerzési csoportvezető  
felelős akkreditált közbeszerzési  
szaktanácsadó  
CZAGA JÁNOS ANDRÁS  
FELELŐS AKKREDITÁLT  
KÖZBESZERZÉSI-SZAKTANÁCSADÓ  
LAJSTROM SZÁM: 00468